

单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年04月24日

采购单位	河南省肿瘤医院	
项目名称	河南省肿瘤医院达芬奇镜头采购项目	
项目金额	298000.00	
拟定供应商	直观复星医疗器械技术（上海）有限公司	
专家论证意见	达芬奇镜头是达芬奇机器人系统的一个配件，只有采用原厂镜头，才能保证机械安装到位，其技术参数指标才能满足达芬奇机器人系统要求且才能在软件系统中被系统检测到。 同意按单一来源采购。	
	专家姓名：陶彦柱	职称：高级技师
	工作单位：河南南昆医院	电话：13838238595