# 洛阳市第一人民医院救护车及配套车载设备采购项目

# 竞争性磋商文件

招标编号：洛直政采磋商(2026)0183 号

政府采购管理部门备案编号：洛采竞磋-2026-166

采　　购　　人：洛阳市第一人民医院

采购代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

日　　　　期：二零二六年十月

# 目　　录

第一章　采购公告 ..... 7

第二章　供应商须知 ..... 12

第三章　采购需求 ..... 36

一、项目概况 ..... 36

二、货物需求一览表 ..... 36

三、技术要求 ..... 37

第四章　合 同 ..... 54

第五章　资格审查与评标办法 ..... 90

第六章　资格审查与评审标准 ..... 94

第七章　投标文件格式 ..... 100

**附件 1:投标函** ..... 102

**附件 2:法定代表人授权书** ..... 104

**附件 3:法人被授权人身份证扫描件** ..... 105

**附件 4:资格证明材料** ..... 106

**附件 5:开标一览表** ..... 109

**附件 6:报价明细表** ..... 110

**附件 6-1:中小微企业声明函** ..... 111

**附件 6-2:残疾人福利性单位声明函** ..... 113

**附件 6-3:监狱企业证明文件** ..... 114

**附件 7:技术要求响应与偏差表** ..... 115

**附件 8:商务要求响应与偏差表** ..... 116

**附件 9:节能产品、环境标志产品明细表** ..... 117

**附件 10:实质性技术要求的支持资料** ..... 119

**附件 11:项目实施方案** ..... 120

**附件 12:其他需要提供的资料** ..... 121

**附件 13:参与评审打分的证书（证件）一览表** ..... 124

**附件 13-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件** ..... 125

**附件 14:参与评审打分的合同业绩一览表** ..... 126

**附件 14-1:参与评审打分的合同业绩扫描件** ..... 127

**附件 15:关于符合本国产品标准的声明函** ..... 128

**附件 16:其他材料** ..... 129

## 招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

# 招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 洛阳市第一人民医院救护车及配套车载设备采购项目 | | |
| 项目代码 | 洛阳市第一人民医院救护车及配套车载设备采购项目 | | |
| 标段名称 | 洛阳市第一人民医院 | 联系人及联系电话 | 权女士<br>0379-66880039 |
| 招标人 | 河南省机电设备国际招标有限公司 | 联系人及联系电话 | 刘增南<br>0371-65949196 |
| 代理机构 | 洛阳市第一人民医院救护车及配套车载设备采购项目 | | |

| 序号 | 条款内容 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 本次招标项目有无按规定发布招标计划（采购意向）。 | ☑有 ☐无 |
| 2 | 设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。 | ☐有 ☑无 |
| 3 | 限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。 | ☐有 ☑无 |
| 4 | 设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。 | ☐有 ☑无 |
| 5 | 设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。 | ☐有 ☑无 |
| 6 | 将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。 | ☐有 ☑无 |
| 7 | 将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。 | ☐有 ☑无 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。 | □有 ☑无 |
| 9 | 要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。 | □有 ☑无 |
| 10 | 简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。 | □有 ☑无 |
| 11 | 评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。 | □有 ☑无 |
| 12 | 通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。 | □有 ☑无 |
| 13 | 强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。 | □有 ☑无 |
| 14 | 以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。 | □有 ☑无 |
| 15 | 简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。 | □有 ☑无 |
| 16 | 设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。 | □有 ☑无 |
| 17 | 就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。 | □有 ☑无 |
| 18 | 招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。 | □有 ☑无 |
| 19 | 故意对递交或者解密投标文件设置障碍。 | □有 ☑无 |
| 20 | 其他不合理限制和壁垒。 | □有 ☑无 |
| 21 | 是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。 | □是 ☑否 |

审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。

代理机构：（单位签章）　　招标人：（单位签章）

2026 年　月　日　　2026 年 9 月 29 日

# 特 别 提 示

**1、投标文件制作**

1.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 投标人凭CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA 锁和企业CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

**2、投标文件的提交**

2.1 除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

3.招标文件的澄清、修改

3.1 招标文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《洛阳市第一人民医院官网》上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

4、开标

4.1 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录洛阳市电子招投标交易平台（http://lyggzyjy.ly.gov.cn），打开“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页-办事指南-下载中心-操作手册-《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

4.2 各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。

5、为便于供应商（投标人）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性招标、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

# 第一章　采购公告

项目概况:

洛阳市第一人民医院救护车及配套车载设备采购项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）获取招标文件，并于2026年11月04日09时20分（北京时间）前递交响应文件。

**一、项目基本情况**

1、项目编号：洛采竞磋-2026-166

2、项目名称：洛阳市第一人民医院救护车及配套车载设备采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1618000元

最高限价：1618000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛直政采磋商(2026)0183号-1 | 洛阳市第一人民医院救护车及配套车载设备采购项目 | 1618000 | 1618000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1 采购内容：本项目为洛阳市第一人民医院救护车及配套车载设备采购项目，采购救护车及配套车载设备；包含供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、质保服务及其他伴随服务等。采购救护车及配套车载设备。

5.2 资金来源：财政资金（高质量发展资金）；

5.3 标段划分：1 个标段；

5.4 交货期：自合同签订之日起35 日内完成供货、安装、调试完毕至正常使用；

5.5 交货地点：洛阳市第一人民医院（陇海院区：洛阳市瀍涧大道560 号；中州院区：洛阳市中州东路88 号）；

5.6 质量要求：符合国家相关合格标准，并配合车辆进行车贴拉花上牌、审验。如不能按时上牌、审验，引起的一切后果由投标人承担相应损失、并给予采购人补偿；

5.7 质保期：救护车整车（含底盘及所有改装件）质保期自最终验收合格之日起不少于2 年；救护车以外的其他设备质保期自最终验收合格之日起不少于3 年。

6、合同履约期限：自合同生效至质保期结束

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

**二、申请人的资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

3.1 须具有有效的营业执照或其他证明材料。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）。

3.3 根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（洛财购〔2021〕11 号），在政府采购活动中，供应商须提供满足相应条件的书面承诺书，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺。（响应文件中须附《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》，详见响应文件格式）。注：采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

3.4 投标人为代理商时，应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（从事第一类医疗器械经营活动的除外）；投标人为生产企业时，应具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）；医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件。（非医疗器械可不提供）

3.5 投标人所投产品须符合中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》相关规定，应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证。（非医疗器械可不提供）

3.6 投标人所投救护车整车须符合现行机动车安全技术国标要求，且在中华人民共和国工业和信息化部现行《道路机动车辆生产企业及产品》公告中具有“救护车”公告目录，能在所在地公安交通管理部门办理救护车登记注册手续。（须提供所投产品是工信部“救护车”公告目录内产品的证明截图及能在当地办理救护车登记手续的承诺书）。

注：本次采购实行资格后审。

**三、获取采购文件**

1.时间：2026年10月23日至2026年10月29日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。

3.方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（http://61.54.85.189/tpbidder）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4.售价：0元

**四、投标截止时间及地点**

1.时间：2026年11月04日09时20分（北京时间）

2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

**五、开标时间及地点**

1.时间：2026年11月04日09时20分（北京时间）

2.地点：洛阳市公共资源交易中心开标十室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

**六、发布公告的媒介及招标公告期限**

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《洛阳市第一人民医院官网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

**七、其他补充事宜**

1、本项目支持促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），强制采购节能产品，优先采购节能环保产品，节约能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。

2、供应商在参与本项目采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息。

3、本项目代理服务费由中标人支付，代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）规定的标准的50%收取；由中标人在领取中标通知书前支付给代理机构。

4、根据洛财购〔2021〕4 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

5、监管部门、联系人和联系方式

监管部门：洛阳市财政局

监管部门联系人：洛阳市财政局政府采购科

监管部门联系方式：0379-63259707

**八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1、采购人信息

名称：洛阳市第一人民医院

地址：洛阳市瀍河区瀍涧大道560 号（陇海院区）

联系人：权女士、孙女士

联系方式：0379-66880039

2、采购代理机构信息

名称：河南省机电设备国际招标有限公司

地址：郑州市黄河南路商都路交汇处西南角财信大厦14-15 层

联系人：张照明、刘增南、侯凯歌、王恺、马燕

联系方式：0371-65949196

3、项目联系方式

项目联系人：刘增南

联系方式：0371-65949196

# 第二章　供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 名 称 | 内　容 |
|---|---|---|
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：洛阳市第一人民医院<br>地址：洛阳市瀍河区瀍涧大道560号（陇海院区）<br>联系人：权女士、孙女士<br>联系方式：0379-66880039 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南省机电设备国际招标有限公司<br>地址：郑州市黄河南路商都路交汇处西南角财信大厦14-15层<br>联系人：张照明、刘增南、侯凯歌、王恺、马燕<br>联系方式：0371-65949196 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 洛阳市第一人民医院救护车及配套车载设备采购项目 |
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求 | （1）**本项目支持中小企业**，具体要求：①货物全部由小型、微型企业生产且使用该企业商号或者注册商标的，对供应商报价给予价格扣除的比例为：10%。②对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总额30%以上的，对供应商报价给予价格扣除的比例为：4%。③**本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。**<br>注：投标人应当根据所投产品制造商的实际状况，审慎出具声明函，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。<br>（2）本项目支持本国产品，具体要求：①单一产品采购中，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；<br>②非单一产品采购中，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 1.1.6 | 政府采购管理部门备案编号 | 洛采竞碰-2026-166 |
| 1.1.7 | 招标编号 | 洛直政采磋商(2026)0183号 |
| 1.1.8 | 标段划分 | 本次招标共1标段。<br>供应商应就该项目进行完整投标，否则将不被接受。 |
| 1.1.9 | 强制采购节能产品 | 本次采购强制采购的节能产品：__/__ |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金（高质量发展资金） |
| 1.2.2 | 付款方式 | 货到验收合格，高质量发展资金到位后付合同款的95%，余5%合同款待设备使用满三年后支付。在付尾款前按照设备说明书要求内容对设备进行巡检并到器械科备案无质量问题予以支付。 |
| 1.3.1 | 交货期 | 自合同签订之日起35日内完成供货、安装、调试完毕至正常使用 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 洛阳市第一人民医院（陇海院区：洛阳市瀍涧大道560号；中州院区：洛阳市中州东路88号）； |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家相关合格标准，并配合车辆进行车贴拉花上牌、审验。如不能按时上牌、审验，引起的一切后果由投标人承担相应损失、并给予采购人补偿； |
| 1.3.4 | 履约验收 | 1.应按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》及《洛阳市财政局关于进一步加强政府采购项目履约验收工作的通知》中规定的内容及程序进行验收。<br>2.采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 1.3.5 | 质保期 | 救护车整车（含底盘及所有改装件）质保期自最终验收合格之日起不少于2年；救护车以外的其他设备质保期自最终验收合 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 格之日起不少于3年。 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | **详见“第一章 采购公告”** |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 |
| 1.9.2 | 供应商在投标预备会前提出问题 | 时间：/<br>形式：/ |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 |
| 1.11.1 | **实质性要求和条件** | **交货期；**<br>**交货地点；**<br>**付款方式；**<br>**质保期；**<br>**质量要求；**<br>**第三章采购需求中“三、技术要求”每个设备参数中加“▲”项。** |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | □不允许<br>☑允许 |
| 2.1 | 构成磋商文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间 | 提交响应文件截止时间5日前，由供应商在洛阳市电子招投标交易平台上进行提问。<br>在投标截止时间前5日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。 |
| 2.2.2 | 磋商文件澄清、修改发出的形式 | 磋商文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《洛阳市第一人民医院官网》上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成投标无效的后果由供应商自己承担。 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | 供应商认为有必要的其他资料 |
| 3.2.4 | 预算控制金额 | 预算控制金额：1618000 元<br>**供应商的报价超过预算单价及预算控制金额的的，其响应将被否决。** |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 提交响应文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 按照豫财购〔2019〕4 号文件的要求不再收取政府采购投标保证金。 |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | ☑不允许 |
| 4.1.1 | 投标文件的签字和盖章要求 | 供应商使用“新点投标文件制作软件”制作电子响应文件时，应按规定进行签字或盖章。响应文件格式中要求盖企业电子章的地方，供应商均应使用 CA 数字证书加盖供应商的单位电子签章。响应文件格式中要求法定代表人（个人电子章）的地方，可以是电子手写签名或法定代表人的个人电子签章。 |
| 4.2.1 | 提交响应文件截止时间 | 见第一章采购公告。 |
| 4.2.2 | 提交响应文件地点 | 见第一章采购公告。 |
| 4.2.3 | 响应文件份数及其他要求 | 加密的电子响应文件一份（*.lytf 格式）； |

| | | |
|---|---|---|
| 4.2.5 | 响应文件上传问题联系方式 | 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。 |
| 4.2.6 | 响应文件是否退还 | / |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间<br>开标地点：详见第一章采购公告 |
| 5.2 | 开标规定 | **本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录到洛阳市电子招投标交易平台（http://lyggzyjy.ly.gov.cn），点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。** |
| 5.3 | 开标疑义 | 现场提出 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3 人，<br>其中采购人代表 1 人，经济、技术专家 2 人。<br>经济、技术专家从相关专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 磋商小组推荐成交候选人的人数 | 3 名 |
| 7.1.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | ☑是<br>□否 |
| 7.1.2 | 确定成交的原则 | 评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名为成交人。供应商得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术标得分由高到低的顺序排列。 |
| 7.2 | 中标结果公布媒介及期限 | 公布媒介：《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《洛阳市第一人民医院官网》上公布。公告期限：1 个工作日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 不收取 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式 | 质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和供应商须知前附表。 |
| 9 | 样品 | ☑否 |
| 10 | 相同品牌产品投标的处理 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的供应商获得成交人推荐资格，投标报价也相同的，由磋商小组投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。<br>本次采购项目的核心产品为：监护型救护车 1 |
| 11 | 需要补充的其他内容 | |
| 11.1 | 监督部门及电话 | 监管部门：洛阳市财政局<br>监管部门联系人：洛阳市财政局政府采购科<br>监管部门联系方式：0379-63259707 |
| 11.2 | 代理服务费 | 本项目代理服务费由中标人支付，代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）规定的标准的 50%收取；由中标人在领取中标通知书前支付给代理机构。<br>单位名称：河南省机电设备国际招标有限公司<br>开户银行：中原银行郑州花园路支行<br>银行帐号：410126010100072801<br>行号：313491099267<br>转账时备注“项目简称”服务费。 |
| 11.3 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 11.4 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | **中小企业划分标准所属行业为：工业**<br>从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中：从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业。从业人员20 人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业。从业人员20 人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。<br>划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》国统字〔2017〕213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据。 |
| 11.5 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 11.6 | 其他 | 1.重新确定中标人：按照投标人须知第7.1.2 条规定的情形确定的中标候选人出现下述情况：排名第一的中标候选人放弃中标或者因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2.其他相关未尽事宜，依据相关法律法规。 |
| 11.7 | 暗标评审要求 | 1、本项目为暗标评标方式。<br>2、本项目综合标采用“暗标”评审，供应商编制的综合标应满足以下要求：<br>（1）签章要求：不得对暗标部分进行电子签章。<br>（2）排版要求：全文采用A4大小，不允许插入空白页，页边距均为2.5厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值28磅，段前段后间距为0。<br>（3）标题编号要求：标题序号最多设置7级，每一个暗标部分的标题都要重新开始编号，编号格式为：<br>一级为“一、”、“二、”.....，<br>二级为“（一）”、“（二）”.....，<br>三级为“1.”、“2.”.....，<br>四级为“（1）”、“（2）”.....，<br>五级为“1）”、“2）”.....，<br>六级为“a.”、“b.”.....，<br>七级为“a）”、“b）”.....。<br>（4）图表要求：电脑绘制（不得手绘），白底黑字。宋体四号字，字体不允许倾斜和下划线；<br>（5）内容中不得出现供应商名称和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。<br>（6）不得插入图片（磋商文件要求有图片除外）。<br>（7）黑字必须为标准黑色字体，颜色为RGB（0,0,0）。<br>（8）每一个暗标评分点的文档都要重新开始标题编号。<br>（9）不允许出现能透露供应商信息的内容。不能出现涉及投标供应商信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应商的任何信息（暗标部分信息处理：单位名称必须隐去，一律采用本公司、我公司来表示；暗标中如有相关证明材 |

| | | |
|---|---|---|
| | | **料、企业制度等，必须遮盖投标供应商的名称、标志及相关可识别信息）。**<br>**（10）暗标具体要求及暗标编制指引详见：**<br>**https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html**<br>**注：投标文件中暗标部分不符合要求的，其暗标部分整体得零分。** |

# 1、总则

## 1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求:见供应商须知前附表。

（1）本项目支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业：见供应商须知前附表。

①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

②专门面向中小企业采购的采购项目（采购包，预留份额），供应商以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。大中型企业与中小企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家中小企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定中小企业的合同份额占到合同总金额必须达到一定比例，具体的比例见供应商须知前附表。组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。专门面向中小企业采购的采购项目（采购包，预留份额），不再执行价格评审优惠的扶持政策。

③非专门面向中小企业采购的采购项目（采购包，预留份额），货物全部由小型、微型企业生产且使用该企业商号或者注册商标，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的供应商报价给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审，具体的扣除比例见供应商须知前附表。

④非专门面向中小企业采购的采购项目（采购包，预留份额），联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对供应商的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审，具体的扣除比例见供应商须知前附表。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

⑤同一投标人（包括联合体），小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格评审优惠政策只享受一次，不重复享受政策。

⑥相关企业参加政府采购活动，应出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件。

⑦依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。采购人在相关条件具备时，优先对中小企业在资金支付期限、预付款比例方面给予优惠措施。

⑧本项目对应的中小企业划分标准所属行业见供应商须知前附表。

（2）支持本国产品。

①本国产品应当符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定的本国产品标准；

②供应商应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品；

③单一产品采购中，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

④非单一产品采购中，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）进口产品管理。

是否接受进口产品：见第一章采购公告。

经设区的市级以上人民政府财政部门核准允许采购进口产品的，进口货物及其有关服务必须符合原产地和（或）中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准；进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验；投标人可投进口产品，也可投国产产品；向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品优先采购。

1.1.6 政府采购管理部门备案编号:见供应商须知前附表

1.1.7 招标编号:见供应商须知前附表。

1.1.8 标段划分:见供应商须知前附表

1.1.9 强制采购节能产品:见供应商须知前附表。投标人所投强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》，证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的，否则不予确认。

**1.2 采购项目的资金来源及付款方式**

1.2.1 资金来源:见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式:见供应商须知前附表。不接受该条件的投标将被否决。

**1.3 交货期、交货地点、质量要求、履约验收、质保期及售后**

1.3.1 交货期：见供应商须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2 交货地点：见供应商须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3 质量要求：见供应商须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.4 履约验收：见供应商须知前附表。

1.3.5 质保期：见供应商须知前附表。不接受该条件的投标将被否决。

**1.4 供应商资格要求**

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

**1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：**

**（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；**

**（2）与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；**

**（3）与本招标项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；**

**（4）为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；**

**（5）被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；**

**（6）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；**

**（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；**

**（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；**

**（9）在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；**

**（10）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。**

**1.5 费用承担**

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

**1.6 保密**

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

**1.7 语言文字**

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

**1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**1.9 踏勘现场**

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

**1.10 磋商预备会（本项目不适用）**

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。

**1.11 分包（本项目不适用）**

1.11.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.11.2 成交供应商不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

**1.12 响应和偏差**

1.12.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据磋商文件的要求提供服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表等内容以对磋商文件作出响应。

1.12.3 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应将被否决。

1.12.4 响应文件对磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应磋商文件的全部要求。

1.12.5 如响应文件服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

## 2、磋商文件

### 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）合同（样本）；

（5）资格审查与评审办法；

（6）资格审查与评审标准；

（7）响应文件格式；

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

### 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间 5 日前以书面形式提出。

## 3、响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

**3.2 报价**

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

**3.2.6 本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间提交最后报价。**

**3.3 响应文件有效期**

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为 90 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

**3.4 磋商保证金**

本次采购免收磋商保证金。

**3.5 资格审查资料**

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

**3.6 备选方案**

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

**3.7 响应文件的制作**

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外）。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

**4、响应文件提交**

**4.1 响应文件的密封和标记**

4.1.1 投标文件的签字和盖章要求：见供应商须知前附表。

4.1.2 未按要求签字和盖章的投标文件，招标人将予以拒收。

**4.2 响应文件的提交**

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

**4.3 响应文件的修改与撤回**

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

**5、磋商开启**

**5.1 磋商开启时间和地点**

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

**5.2 磋商开启规定**

5.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业 CA 锁参加。

5.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

5.2.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

5.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

5.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

**6、资格审查与评标**

**6.1 磋商小组**

6.1.1 资格审查、评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

**6、磋商**

**6.1 磋商小组**

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

## 6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价通过洛阳市电子招投标交易平台上进行，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

## 6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

## 7、确定成交及合同授予

### 7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定的原则确定成交供应商。

### 7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起 1 个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。

### 7.3 成交通知

《成交通知书》由采购代理机构通过洛阳市电子招投标交易平台向成交供应商发出，同时将成交结果通知未成交的供应商。《成交通知书》由成交供应商和采购人自行下载、打印，并对成交供应商和采购人均具有法律效力。

### 7.4 履约保证金

免收履约保证金

### 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起 15 日内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失的，应当予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

## 8、纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理拒绝与成交供应商签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

**8.2 对供应商的纪律要求**

8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；

8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；

8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；

8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；

8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；

8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

**8.3 对磋商小组成员的纪律要求**

8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；

8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；

8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

**8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求**

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；

8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

**8.5 质疑和投诉**

8.5.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

**9、需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 附件1：质疑函范本

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....

地址：.....邮编：.....

联系人：.....联系电话：.....

授权代表：.....

联系电话：.....

地址：.....邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....

质疑项目的编号：.....包号：.....

采购人名称：.....

采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：.....

事实依据：.....

.....

法律依据：.....

.....

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

签字(签章)：　　公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章　采购需求

## 一、项目概况

本次招标项目为洛阳市第一人民医院救护车及配套车载设备采购项目，共一个标段。

## 二、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 监护型救护车1 | 1 | 35 | 35 |
| 2 | 监护型救护车2 | 1 | 26 | 26 |
| 3 | 救护车担架 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 楼梯担架 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | 碳纤维铲式担架 | 2 | 1.7 | 3.4 |
| 6 | 除颤监护仪 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | 转运监护仪 | 2 | 2.2 | 4.4 |
| 8 | 数字12导心电图机 | 3 | 2.5 | 7.5 |
| 9 | 心肺复苏机 | 3 | 12 | 36 |
| 10 | 转运呼吸机 | 2 | 8 | 16 |
| 11 | 可视喉镜 | 3 | 2.3 | 6.9 |
| 12 | 电动吸痰器 | 2 | 0.3 | 0.6 |

# 三、技术要求

设备 1

| 名称 | 监护型救护车 1 |
| --- | --- |
| ▲配置要求（主要包含内容、数量） | 监护型救护车 1 辆 |
| 性能要求 | 适用于各类危重伤病患者的现场急救以及转运途中持续生命体征监护和高级生命支持救治。 |
| 技术参数 | 一、车辆主要参数<br>1.排放标准：国六<br>2.燃油类型：柴油<br>3.驱动形式：前置后驱<br>4.变速箱：手动挡、6 个前进档，1 个倒挡<br>5.车辆总长(mm)：5950≤长≤5999<br>6.车辆总宽(mm)：2100≤宽≤2200<br>7.※车辆总高(mm)：2450≤高≤2550<br>8.救护舱尺寸(mm)：≥3300×1800×1650<br>9.总质量(Kg)：≥4495<br>10.整备质量(Kg)：≥3000<br>11.轴距(mm)：≥3750<br>12.接近角/离去角：≥19/20(°)<br>13.油箱容积(L)：≥80<br>14.排量(ml)：≥2296<br>15.进气形式：涡轮增压<br>16.额定功率 kw:≥128<br>17.最大扭矩 Nm/rpm:≥430<br>18.悬架系统(前/后)：前：麦弗逊式独立悬架/后：霍奇基斯悬架<br>19.防抱死制动系统：前盘后盘，ABS，EBD<br>20.轮胎规格：195/75R16C<br>21.后尾门：后尾门为 180°对开尾门<br>22.安全气囊：驾驶室安全气囊<br>23.最大乘员数（含驾驶员）：≥7<br>二、改装主要参数<br>1.医疗舱内饰顶:采用高强度、抗冲击性强、耐老化的轻型环保材料，防水、防霉、抗菌且环保，方便清洗和消毒。<br>2.隔断:将医疗舱与驾驶舱用中隔墙完全隔离，中隔墙表面采用高强度环保材料制作，中隔墙上方有可开启的透明观察窗。<br>3.舱内隔断后组合柜:柜体采用 PVC 高密度轻型环保材料，无异味；柜面设计 3cm 挡边可做护士操作平台。<br>4.医疗舱左侧顶部多用医药吊柜:左侧顶部配置多功能医药吊柜： |

| | |
|---|---|
| | （1）柜体采用PVC高密度轻型环保材料，无异味；<br>（2）柜门采用防蓝光、抗辐射蓝色有机材料推拉门，推拉门门采用交叉卡槽固定，推拉顺滑的同时确保行车时无异响；<br>（3）柜体内可分类存放药品、麻醉包、一次性医疗卫生用品等。<br>5.医疗舱左侧落地<br>长条医疗柜　左后侧底部配置多功能长条医疗柜：<br>（1）柜体采用PVC高密度轻型环保材料，无异味；<br>（2）柜门采用防蓝光、抗辐射蓝色有机材料推拉门，推拉门门采用交叉卡槽固定，推拉顺滑的同时确保行车时无异响；<br>（3）柜体内可放置药品及大型、重型等医疗设备及用品；<br>（4）柜体上表面设置设备摆放平台，边缘向上突出3CM。平台上方可放置多台医疗设备。<br>6.医疗舱左侧尾部立式双10L氧气瓶柜<br>配置氧气瓶底座；<br>固定支架：预埋支架固定装置，支架采用钢制螺纹式固定方式，取放自如。<br>7.输液挂钩<br>（1）在医疗舱顶部安装2组折叠式输液挂钩；<br>（2）在左侧医疗柜中安装输注固定杆；<br>（3）输注固定杆上配备1套一拖三输注工作站（包含1套输液信息采集系统、2台注射泵、1台输液泵），技术参数如下：<br>输液信息采集系统技术参数<br>（1）输注工作站所安装的输液泵或注射泵，既可以多种级联，定时，定量工作，也可单独工作，输注泵或注射泵的接入与拔出不影响输注工作站的运行，可自动识别输注模块的连接状态。上面有提手装置。后面有直接安装固定夹，不需要任何工具，方便转运。<br>（2）※每套输注工作站配置3.5寸超大全彩触摸屏操作。界面显示内容：输注监控信息、病人信息、泵类标识、工作站常用设置信息、工作站高级设置信息、药物库等。可以保留不低于5000条输注信息，箱体有固定管路装置，避免混乱。<br>（3）※能够通过无线网络、蓝牙连接、星闪、SIM等传输方式，配备≥10.1英寸平板电脑，平板电脑可进行远程操控，包括远距离启动停止，数据改变，临时追加快注数据交换等操作方式，让医生在救护车内可进行远程操控，避免误操作，注射泵具备级联模式，恒速模式，靶控模式等多种模式。<br>（4）※每套工作站可以由箱体集中管理操作模式及担架转运，同时在不关闭工作站总电源状态下，插槽中其它静脉用泵可自由转移，不影响其它单泵的正常工作。<br>8.医用地板:采用蓝色新型轻体地面装饰材料（重量轻，环保，可二次回收利用），该地板防水、防腐、耐磨、抗菌，便于医护人员的清洁、整理，材料符合GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》要求，未检出镉、铅、汞及六价铬等物质；<br>9.隔音材料:医疗舱车体侧围、顶部采用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料符合JT/T1095-2016标准；<br>10.综合布线，集中控制:汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准QC/T 29106-2014；<br>11.中央集成供电控制系统<br>（1）中央集成供电控制系统部分的具有电磁兼容认证、具有中央集成供电系统电气安全认证 ；<br>（2）整车车辆中央集成控制供电系统（在车辆启动状态下， 可实现 24 小时不间断供电，可输出 220V，不小于 1000W 正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置 |

| | |
|---|---|
| | 12V 电源插座、220V 电源插座。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。）车辆中央控制供电系统第三方检测报告，且检测过程中交流输入端到可触及外壳实验电压不低于 1500V 未击穿；<br>（3）插拔力、过电流强度、耐低温、盐雾、燃烧特性、耐温变化性能符合QC/T 707-2004标准检验,盐雾试验48h，表面未出现起泡、腐蚀斑点，金属部件未出现腐蚀现象。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）<br>12.逆变系统≥1000W 正弦波逆变电源，集成了多种功能：<br>工频纯正弦波逆变电源<br>13.交/直流插座:组合插座、可接三/二孔的多功能插座≥4 组，12V 直流插座≥2 组<br>14.紫外线消毒灯:采用紫外线消毒灯，杀菌有效空间≥10 立方米，并可定时延时控制，电器配件优良，工作稳定可靠、耐用<br>15.医疗舱空气杀菌灯<br>（1）人机共存：采用空气吸入式对流杀菌，紫外线无泄露，在车内有人的情况可以开启杀菌消毒，实时保持车内环境无毒、无病菌；<br>（2）进气方式：侧面进风，下部出风，提高单位时间杀菌效率，循环风量≧13.8m3/h；<br>（3）杀菌体积：≧15.6m³；<br>（4）工作噪音：≦35dB（响应文件中已提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告）；<br>（5）紫外线灯珠寿命：10000 小时紫外线维持率≧70%；<br>（6）甲型流感病毒去除率（MDCK 细胞）：≧99.99%（响应文件中已提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告）；<br>（7）白色葡萄球菌杀灭率：≧99.9%；<br>（8）产品尺寸：≦167mm*96mm；<br>（9）功率：照明灯≦10W，紫外灯（含风扇）≦8W。<br>16.顶部照明灯:医疗舱配备长条 LED 照明灯≥4 组，光线柔和均匀，亮度应保证患者仰卧于担架车上不刺眼，同时满足急救人员对患者病情观察的需要，一盏为门控灯。<br>17.后尾部场外照明灯:12V、10W 投光灯、正白光<br>18.氧气瓶:10L 钢质无缝≥2 套，含固定支架<br>19.湿化器快速转换接口:插头体总成<br>20.湿化器:调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以 360° 旋转<br>21.氧气终端:吸氧用终端（1 个）连接湿化器，呼吸机用的终端（1 个）连接呼吸机专用接头<br>22.空调系统:前驾驶室后医疗舱空调系统独立控制、可调节风速大小<br>23.暖风系统:后医疗舱暖风独立控制、可调节风速大小，控制医疗舱内温度高低<br>24.排风系统:换气和吸气双功能，双向换气扇车厢内换气次数≥20 次/小时，排气量＞7.5m³/min<br>25.护士、家属座椅:后舱座位数：≥4 个座位，配安全带；<br>26.※警灯:车顶前部采用三段分体U 型嵌入式警灯，警灯不超过原车高度（提供公告照片及实物照片佐证）<br>27.尾部爆闪警示灯:配置高亮度蓝色爆闪警灯 2 个<br>28.左右两侧安装爆闪警示灯:配置高亮度蓝白爆闪警灯 2 组（蓝白为 1 组）<br>29.驾驶室安装警报、警灯控制器:驾驶室控制<br>30.医疗舱玻璃窗膜　医疗舱左侧车窗玻璃贴深灰色太阳膜，保护乘员隐私 |

| | |
|---|---|
| | 31.车身外观:前保险杠、车身侧围、尾门采用车身彩条，前引擎盖、左右前门采用反光膜急救标识，颜色鲜艳,醒目,有效警示;<br>32.顶部安全扶手:在医疗舱顶部安装1根长条形扶手。<br>33.中门上车扶手:在中门上车处安装一根扶手。<br>34.驾驶室、医疗舱对讲系统:在驾驶舱和医疗舱各安装1个话麦，方便前后舱人员沟通、交流。<br>35.中拉门推拉窗:两段式推拉玻璃窗<br>36.钢质污物桶:不锈钢、5L<br>37.专用灭火器:医疗舱配备1套1kg干粉式灭火器。<br>38.安全锤:智能警报<br>39.多媒体导航后视一体机:多媒体导航后视<br>40.销售商需在购买车辆后确保车辆上牌，协助甲方进行车辆上牌 |

设备2

| 名称 | 监护型救护车2 |
|---|---|
| ▲配置要求（主要包含内容、数量） | 监护型救护车1辆 |
| 性能要求 | 适用于各类危重伤病患者的现场急救以及转运途中持续生命体征监护和高级生命支持救治。 |
| 技术参数 | 一、技术参数<br>（一）、车辆基本技术参数<br>1.1、车辆外形尺寸：长5300-5600mm、宽1950-2100mm、高2100-2600mm<br>1.2、总质量：≥3300kg<br>1.3、整备质量：≥2300kg<br>1.4、轴距：≥3300mm.最小离地间隙:＞140mm.<br>1.5、最高车速：≥160km/h<br>1.6、发动机工作方式：直列四缸、增压中冷、涡轮增压<br>1.7、排气量：≥1997ml<br>1.8、最大功率：≥149KW<br>1.9、燃油种类：汽油<br>1.10、排放标准：国VI<br>1.11、燃油箱容积:≥80L<br>1.12、变速箱：5速手动变速箱<br>1.13、悬架系统；前（麦弗逊式独立悬架），后（钢板弹簧非独立悬架）<br>1.14、驱动方式：前置前驱<br>1.15、车辆安全配置：必须配备主副驾驶安全带及主驾驶安全气囊、ABS+EBD+ESP车身稳定系统、车内中控锁+遥控钥匙+中控显示屏、前电动车窗、四轮盘刹式制动、倒车雷达及倒车影像，防盗报警系统。<br>1.16、最大成员数（含驾驶员）6-8人。<br>1.17、轮胎品牌、规格：国内知名品牌，规格型号215/65R16C并符合国家关于车用轮胎安全的规定。 |

| | |
|---|---|
| | 1.18、转向助力类型；液压助力或电子助力。<br>1.19、车辆空调为车辆原厂冷暖空调。<br>（二）、专用装置及医疗舱改装要求：所有改装必须符合国家关于救护车的相关强制安全标准及行业规范，确保车辆安全、确定、可靠。<br>2.1、车辆外观：前保险杠、车身侧围，尾门采用车身彩条，车身贴符合国际急救标识，采用反光膜材质，颜色鲜艳，醒目，有效警示，确保上牌不受影响。<br>2.2、医疗舱车厢透明玻璃上贴黑色太阳膜。<br>（三）、警灯警报装置<br>3.1、车辆警灯采用LED爆闪灯，安装高度符合规定，警示效果明显，使用寿命长；车厢两侧及尾部装有蓝色频闪LED警灯；驾驶室安装100W警报器及警报、警灯转换控制开关，车外扩音器安装于警报器内，方便驾驶员操作使用。<br>3.2、警灯、警报器应符合公安部相关安全技术标准并获相关准入许可，质量安全可靠耐用。<br>（四）、医疗舱内配置<br>4.1、医疗舱和驾驶室之间设置整体式隔断总成，将车厢分为前后两个独立区域，保证医疗舱的密闭性；中隔墙上设置1个推拉式玻璃观察窗。<br>4.2、医疗舱内饰材料采用高隔音性、高强度、抗冲击性强、耐老化、防霉、抗菌、方便清洗和消毒的环保材料。地板采用防火、防滑、耐酸碱、耐老化PVC材料。材料均应符合国家相关安全标准。<br>4.3、医疗舱左侧安装多功能的医疗器械柜，可放置医疗设备及药品，柜体台面预留医生操作平台，柜体上部为吊柜。具体布局需符合急诊科实际需求。<br>4.4、医疗舱左后侧安装医用氧气柜并设固定支架，安装集中供氧系统，包括2只10L氧气瓶。氧气终端、呼吸机终端各一个。氧气压力表、调压双表减压阀、湿化器、湿化器快速转换接口（插头体总成）均具备。<br>4.5、医疗设备要设置固定装置，防止倾倒伤人或损坏。<br>4.6、隔断后设单人折叠座椅1个，小工作台一个，右侧朝前单座椅和一组2人座的长条座柜或单设一排3人座长排座椅，带舒适靠背,配备相应安全带。<br>4.7、后门内侧覆盖铝塑复合板。<br>4.8、前后双控对讲系统，保证通话清晰，通畅，且符合国家相关安全技术规定。<br>4.9、中门及舱顶设安全扶手杠并喷塑。<br>4.10、舱顶部安装折叠输液悬挂装置。<br>4.11、舱内照明灯配备≥4组LED灯，光线柔和均匀，保证满足急救人员对患者病情观察的要求。紫外线消毒灯不少于1盏，要能够保证医疗舱内杀毒的需求，符合国家相关安全技术标准及医用标准，质量可靠、耐用。后装照明射灯，亮度高，能保证夜间乘车人员上下车辆安全；门控灯，方便夜间上下车。<br>4.12、驾驶舱配备1KG灭火器1个，医疗舱配备2KG灭火器1个，带固定支架。<br>4.13、脚踏式医用垃圾桶。<br>4.14、排风系统要求排气和吸气双功能，功率相对要大，噪音低，质量要好，耐用，能有效保障医疗舱内空气高效循环，且符合国家认可的相关安全技术规定。<br>4.15、空调和暖风系统；驾驶室和医疗舱空调独立控制温度和风速。<br>4.16、安全锤配备完整<br>（五） 输注固定杆上配备1套一拖三输注工作站（包含1套输液信息采集系统、2台注射泵、1台输液泵），技术参数如下：<br>5.1、输注工作站所安装的输液泵或注射泵，既可以多种级联，定时，定量工作，也可单独工作，输注泵或注射泵的接入与拔出不影响输注工作站的运行，可自动识别输注模块的连接状态。上面有提手装置。后面有直接安装固定夹，不需要任何工具，方便转运。<br>※5.2、每套输注工作站配置≥3.5寸超大全彩触摸屏操作。界面显示内容：输注监控信息、 |

| | |
|---|---|
| | 病人信息、泵类标识、工作站常用设置信息、工作站高级设置信息、药物库等。可以保留不低于5000条输注信息，箱体有固定管路装置，避免混乱。<br>※ 5.3、能够通过无线网络、蓝牙连接、星闪、SIM等传输方式，配备≥10.1英寸平板电脑，平板电脑可进行远程操控，包括远距离启动停止，数据改变，临时追加快注数据交换等操作方式，让医生在救护车内可进行远程操控，避免误操作，注射泵具备级联模式，恒速模式，靶控模式等多种模式。<br>※5.4、每套工作站可以由箱体集中管理操作模式及担架转运，同时在不关闭工作站总电源状态下，插槽中其它静脉用泵可自由转移，不影响其它单泵的正常工作。<br>(六)、中央电源分配系统<br>※6.1、逆变器：≥1500W（连续）高频纯正弦波逆变电源，转换效率≥90%。<br>6.2、220V三孔插座≥6只，12V电源插座≥2只。<br>6.3、具备双电池智能管理系统：自动管理车辆启动电池与医疗设备专用电池，实现智能隔离与自动充电（UPS）功能；支持外接电源对医疗电池进行优先、快速充电；具备低电压自动断开（LVD）和高电压自动断开（HVD）功能，防止电池过放或过充。医疗电池最低容量≥100Ah。<br>6.4、有不间断电源模块：在外接电源与逆变器输出之间切换时实现零毫秒中断，切换过程不得引起连接设备重启或数据丢失。同时系统应具备良好的电磁兼容性，避免干扰医疗设备。<br>6.5、车体外侧配备220V防水外接电源插座。<br>6.6、医疗舱配置电器控制面板，便于医护人员使用。<br>※6.7、综合布线、集中控制及改装部分线束应采用符合车规级标准，要符合国家汽车行业强制性安全标准。<br>※（七）、投标人提供的车辆整体或关键系统的型式检验报告，须由具备CMA资质（且在有效期内）的检测机构出具。<br>二、质量保证与验收<br>1.1 中标人提供的产品必须是全新的、符合国家质量标准和招标文件要求的合格产品。<br>1.2验收标准依据国家相关标准、招标文件、投标文件及合同执行。采购人有权委托第三方进行检测，费用由责任方承担。<br>1.3 质保与售后服务<br>1.3.1质保期：整车（含底盘及所有改装件）质保期自最终验收合格之日起不少于2年。<br>1.3.2售后服务：中标人须在质保期内提供免费的维修或更换服务（人为损坏除外）。<br>1.3.3响应时间：中标人须提供7×24小时技术服务热线。出现故障时，电话响应时间不超过2小时，如需现场服务，技术人员应在24小时内到达现场解决问题。<br>1.3.4培训：中标人须在交货时对采购人使用人员进行不少于16学时的系统化操作、日常维护及基本故障排除培训。 |
| ▲其他要求 | 1、投标人所投车辆须为国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告目录》中列明的“救护车”车型,并提供详细数据证明材料;<br>2、投标人所投救护车整车须符合国家安全技术标准以及国家现行环保标准要求，且在中华人民共和国工业和信息化部现行《道路机动车辆生产企业及产品》公告中具有救护车公告目录，并提供相关证明文件，确保所在地公安交通管理部门办理救护车登记注册手续上牌。 |

设备3

| 名称 | 救护车担架 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ▲配置要求（主要包含内容、数量） | 单台配置:<br>安全带2条，床垫枕头1套<br>前固定1件，后固定器总成1件 |
| 性能要求 | 可以缩短进入电梯进行转运，多档位整体床面高度调节，适合急救使用场景功能完善，承载大。 |
| 技术参数 | 1.长*宽*高 ：≥1950*550*940mm（高位时），≥1990*550*300mm（低位时）且适配配套救护车空间尺寸。<br>2.自重：≤40Kg；承重：≥250Kg<br>3.主材为高强度钢铝合金或同等强度材料，表面喷涂荧光绿色满足夜间工作要求<br>※4.担架床板、背板、护栏采用一次模压成型的材料，平整光滑。<br>5.担架采用手柄联动装置设计，轻松完成上车过程，省力快速。<br>6.可根据不同病情要求调整病员体位，多种模式可调；头部靠背角度可无极调，最大角度为≥90°，腿部角度可调为≥20°<br>7.安全绑带形式为插口式固定，安全牢靠<br>※8.担架长度可伸缩调节，收缩后长度≤1.6m ；整体高度具备≥3个档位调节。<br>9.担架行走轮采用耐磨静音轮胎技术；并带有反向定位刹车功能，提高担架在各种状态下的稳定及舒适性，操控性强。前轮直径≥140mm，后轮直径≥120mm。<br>10.担架前后腿部带有自锁装置，在转移时，防止担架被误触碰，保护病人安全。 |

设备4

| | |
|---|---|
| 名称 | 楼梯担架 |
| ▲配置要求（主要包含内容、数量） | 单台配置：安全带3条 |
| 性能要求 | 用于救护患者下楼梯，履带式设计使救护人员能轻巧快捷的将病员从楼梯上转移至地面，适合急救使用场景功能完善，承载大，设计耐用度。 |
| 技术参数 | 1.采用高强度材料制成，表面外涂粉末涂层处理。担架底座及背部采用易清洗、防水的面料制成，使得担架自重轻，承载力大。<br>2.前端为可抬的伸缩把手，后端为可抬式扶手。<br>3.前轮为直径≥75毫米的外向轮，后轮为直径≥150mm的带刹车轮，使得在平地转移时减轻操作人员的负担。<br>4.担架能够折叠，便于运输携带。<br>5.履带宽度≥30mm，履带阻尼强度高，能够防滑及缓冲，具有可翻转脚踏板。<br>6.靠背高度可调节，调节范围覆盖950mm-1450mm区间，至少具备3档及以上调节功能。<br>7.展开长度：≥700mm；宽度：≥500mm；高度≥155mm<br>折叠长度：≤1000mm；宽度：≤500mm；高度：≤260mm<br>※8.重量：≤18KG；承重：≥200KG |
| ▲其他要求 | 另附履带一对 |

设备5

| | |
|---|---|
| 名称 | 碳纤维铲式担架 |

| | |
|---|---|
| ▲配置要求（主要包含内容、数量） | 单台配置：安全带 3 条 |
| 技术参数 | 1.碳纤维铲式担架使用寿命≥6 年。<br>2.净重：≤5kg，<br>3.展开尺寸：长≥1700mm，宽≥420mm，高≤80mm;<br>折叠尺寸：长≤1250mm，宽≥420mm，高≤80mm。<br>4.主体材质为碳纤维复合材料，拉伸强度高。表面处理：医用级纳米抗菌涂层。<br>5.具有≥4 种长度调节，可供不同升身高的病人选择，有效调节长度为 1150-2000mm。<br>6.担架两端具有分离机构，快速分离装置： 自锁系统：插销式机械锁止，可分离为左右两部分;在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架。<br>7.※具有 EN1789 认证<br>8.※承重：≥280Kg，具有第三方检测报告。 |
| ▲其他要求 | 质保期内免费更换铰链焊接组件 |

设备 6

| 名称 | 除颤监护仪 |
|---|---|
| 性能要求 | 用于患者的手动体外除颤、半自动体外除颤(AED 除颤)、同步复律以及心电(ECG)监护。其中手动体外除颤治疗功能用于无呼吸和无脉搏的室颤以及室速患者，半自动体外除颤治疗功能用于无脉搏、无反应性、无呼吸或呼吸不正常的心脏骤停患者，同步复律治疗功能用于终止房颤。支持在院前或院内使用。 |
| 技术参数 | 1.具备手动除颤、心电监护功能，自动体外除颤(AED)功能。除颤具备自动阻抗补偿功能。可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。<br>※2.同步除颤和手动除颤中，支持多档位调节（≥22 档），可通过体外电极板进行能量选择。<br>3.支持 AED 除颤功能，电击能量：100～360J。<br>4.除颤充电迅速，充电至 200J<3s，充电至 360J<7s。<br>5.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。<br>6.病人阻抗范围：体外除颤：20-250Ω;体内除颤：15-250Ω。<br>※7.监护功能：可升级 SpO2、体温、NIBP 、EtCO2 监测功能。具有≥ 27 种心律失常分析。<br>※8.支持 3/5/6/12 导和自动自动导联心电监测，并提供 12 导联心电静息报告。<br>9.配备 1 块电池，可满足 360J 除颤≥200 次，电池体上带有分段式电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。<br>10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。<br>※11.彩色 TFT 显示屏≥7 英寸，分辨率≥800×480,可显示≥4 道监护参数波形。<br>12.主机具备录音功能，最大支持≥200min 录音存储。<br>13.符合欧盟救护车标准 EN1789:2007,防护等级≥IP55。<br>14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于 200J）、屏幕、按键检测。 |
| ▲其他要求 | 配备半自动体外除颤(AED 除颤)一次性除颤电极片 2 对 |

设备 7

| 名称 | 转运监护仪 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 可用于通用监护、手术/麻醉监护、重症监护、新生儿重症监护、心脏重症监护科室。还可用于院内和院外转运。 |
| 技术参数 | 1、适用于成人、小儿、新生儿监测的转运监护仪。<br>2、≥5.5 英寸彩色触摸显示屏，支持电容触控。<br>3、≥IP44 防尘防水。<br>4、具有≥4 个USB 接口。<br>5、可支持外接显示屏，外接显示器可以独立操作和显示。<br>※ 6、主机配置一块锂电池，单次满电续航时间≥8 小时。<br>7、具备监护模式、演示模式、待机模式、隐私模式、体外循环模式、插管模式、户外模式等。<br>8、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级≥3 个品牌血氧模块、2IBP、CO、AG、麻醉深度、氧浓度监测、窒息唤醒等参数模块。<br>9、支持3/5/6/12 导心电，具有智能导联脱落提醒，多导同步分析功能。<br>10、耐极化电压≥±800mV<br>※ 11、心电模式具有诊断、手术、监护、ST 模式。其中手术、监护、ST 模式共模抑制能力>106db。<br>12、具备心拍类型识别功能。<br>13、≥27 种心律失常分析。<br>14、具有ST 段分析功能，可实时监测ST 段数值，测量范围-2.5mV—+2.5mV。<br>15、具有QT/QTc 测量功能，测量范围：200-800ms。<br>※ 16、具有心率变异性分析功能。<br>血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量。<br>NIBP 测量范围：成人收缩压25-290mmHg，小儿收缩压25-250mmHg，新生儿收缩压25-140mmHg。<br>17、支持24 小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc 统计、ST 段统计、起搏统计等信息。<br>18、≥2000 条参数报警事件，≥48 小时全息波形趋势存储，≥120 小时的趋势数据，≥2000 条NIBP 数据。<br>19、可通过有线网络和无线网络，与中央监护系统及医院信息系统互联。 |

设备 8

| 名称 | 数字12 导心电图机 |
| --- | --- |
| ▲配置要求（主要包含内容、数量） | 单台配置：心电导联线1 根、胸电极连球6 个、肢体电极夹/四肢电极夹4 个、电源适配器1 个、充电线1 根、热敏打印纸2 卷 |
| 技术参数 | 1、设备注册类型为数字心电图机，适用于对人体心电信号的测量、采集、显示、处理和记录患者心电信号，供临床诊断；设备本身具备>10 英寸的显示屏，不接受心电采集盒模式。<br>2、12 导数字式心电图机，支持12 导心电图同步采集；<br>3、耐极化电压：≥±980mV<br>4、输入阻抗：≥100MΩ |

| | |
|---|---|
| | 5、交流滤波关闭情况下，共模抑制比：＞125dB<br>6、定标电压：各档位灵敏度最大允许误差为士1%。<br>7、噪声电平：≤10μVP-P<br>8、频响范围：0.01Hz~350Hz（-30%～+10%）<br>9、时间常数：＞5s<br>10、心率测量范围：30bpm~300bpm<br>11、增益要求：支持2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，增益准确度±1%。<br>12、记录速度：至少支持50mm/s、25mm/s和12.5mm/s三种记录速度，时间速度的精度应在土1%范围内。<br>13、具有在有起搏器脉冲的情况下显示心电图的能力，具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。<br>14、心电图机支持批量下载预约记录功能，支持从心电网络系统获取受检查者信息读入心电图机的功能。支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。<br>15、检查管理：具有加采新报告、上传数据、加急、加采图谱、重采图谱、同步、批量上传心电图功能。<br>16、心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。<br>17、支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。<br>18、QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。<br>19、图谱采集具备自动记录功能，支持自定义采集时长设置，时长设置范围应至少覆盖10秒至1800秒区间，且支持在该区间内灵活调节。<br>20、支持急性心肌梗塞等危急值心电图的自动识别与提示功能。<br>21、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、QRS时限、Q-T间期、P-R间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。<br>22、具备二维码导出图谱功能<br>23、心电图机支持本地报告进行同屏对比<br>24、心电图机具备报告分享功能。<br>25、设备属于CF型防除颤类型，具有CF型防除颤图标。<br>26、锂电池额定容量≥5000mAh，支持8小时以上连续工作<br>27、存储量：支持10000份心电数据存储<br>28、数据传输功能：具有有线（LAN口）、内置无线WiFi、4G功能，支持将心电波形及受检者信息传输至心电系统。<br>29、标配热敏打印功能，支持常规10s、节律60s心电图打印。<br>30、支持GPS定位功能<br>31、设备支持NFC或RFID通讯技术，支持读取身份识别卡信息。<br>32、支持外接激光打印机、身份证读卡器、社保卡读卡器。 |

设备9

| 名称 | 心肺复苏机 |
|---|---|
| ▲配置要求（主要包含内容、数量） | 单台配置：<br>1、主机：1台<br>2、电池：1块 |

| | |
|---|---|
| | 3、 电源适配器：1 个<br>4、 背板组件（包含 M 绑带）<br>5、 患者绑带（S 码）<br>6、 患者绑带（L 码）<br>7、 按压胶垫<br>8、 手持终端<br>9、 便携包 |
| 性能要求 | 符合现行有效的国际心肺复苏指南（如 AHA/ERC 最新版）及国家相关标准中关于心肺复苏替代技术和辅助装置的相关规范，适用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行胸外按压等心肺复苏抢救。 |
| 技术参数 | **一、技术指标**<br>1.※具备有效的 NMPA 医疗器械注册证（需提供注册证复印件）<br>2.便携式电动胸腔按压机，采用类似人体工学 3D 包裹方式，适合院内院外心肺复苏急救。<br>3.※采用硬质背板与软绑带结合，避免纯绑带弹性形变引起按压深度不足，保障按压深度，提高心肺复苏抢救质量（需提供加盖制造厂家公章的产品说明书）<br>4.按压频率：按压频率范围 100 -120 次/分钟内，符合国际心肺复苏指南，误差值为：±1 次/分钟。（需提供产品注册证技术要求）<br>5.按压深度精度：按压深度范围 30mm - 55mm 范围内，误差值为：≤±2mm。<br>6.按压释放比:1:1。按压通气模式：连续按压模式和 30:2。<br>7.支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥55°<br>**二、安全可靠性**<br>1.单块电池供电时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60 分钟；可外接 220V 交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。<br>2.单块电池具有电池电量检查按钮和电量指示灯，可直观检查电池电量。（需提供技术要求或者电池实物图）<br>3.电池充电循环次数≥500 次（需提供加盖制造厂家公章的产品说明书）<br>4.低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15 分钟 （需提供加盖制造厂家公章的产品说明书）<br>5.工作温度范围-10℃～45° C，湿度范围 5%~98%，无凝结（需提供加盖制造厂家公章的产品说明书）<br>6.储存温度范围-40-70° C （需提供加盖制造厂家公章的产品说明书）<br>7.防电击的程度分类：CF 型（需提供产品注册证及技术要求）<br>8.※主机上具有按压深度显示窗口，可显示实际按压深度，确保有效按压（需提供产品实物图照片或加盖制造厂家公章的产品说明书）<br>9.※主机防尘防水等级≥IP43（需提供产品注册证及技术要求）<br>10.主机（含电池）重量：≤3.5Kg。（需提供主机铭牌照片或加盖制造厂家公章的产品说明书）<br>三、数据存储和传输<br>1.※数据通信功能：可通过蓝牙或 WIFI 连接，通过 APP（手机或平板）实时监测心肺复苏波形和数据，可获取至少含有按压频率、按压深度、按压中断时间、CCF 值的心肺复苏报告，需提供心肺复苏报告样本（需提供产品注册证及技术要求）<br>※2.通过直升机适航 RTCA/DO-160G 认证及车载 EN1789：2020 认证 （需提供第三方检测证书证明材料）<br>3.通过正弦振动试验：频率循环 5Hz-35Hz-5Hz，振幅值 0.35mm，各轴向振动循环 15 次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1 次/分钟，实际按压深度与按压深度设定 |

| | |
|---|---|
| | 值误差≤±0.2 厘米<br>4.通过碰撞试验：加速度 50m/s2，脉冲持续时间 11ms，各轴向分别碰撞 1000 次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1 次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2 厘米通过跌落试验：<br>※5.跌落高度 1.5 米，6 个面各跌落 1 次 （需提供第三方检测报告）<br>6.可升级与呼吸机联动功能，实现按压通气一体化解决方案，通过 WIFI 或蓝牙连接，心肺复苏机按压 30 次后，呼吸机自动通气 2 次，实现按压通气精准控制，节省人力，提高抢救效率（需提供加盖制造厂家公章的产品说明书或彩页） |

设备 10

| 名称 | 转运呼吸机 |
|---|---|
| 性能要求 | 适用于为成人、小儿和婴幼儿； |
| 技术参数 | 一、基本特征<br>1.1 适用于为成人、小儿和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持；<br>※ 1.2 电动电控呼吸机，峰值流速≥250L/min；<br>1.3 本机具有≥7 英寸 TFT 触摸屏；<br>1.4 呼吸机整机重量≤5.5kg；<br>1.5 内置 1 块锂电池，工作时长≥300 分钟，可升级双电池，工作时长≥600 分钟；<br>※1.6 主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间；<br>二、通气模式和功能<br>2.1 标配通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV、双水平气道正压通气（DuoVent）、心肺复苏模式（CPRV）；<br>※ 2.2 可升级高级模式：压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、自适应通气模式（如 ASV/AMV）、成比例通气模式（如 PAV/PPS）、气道压力释放通气（APRV）以及容量支持通气（VS）模式；<br>※ 2.3 标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoVent 、PSV-S/T 或 NIV-ST；<br>2.4 可升级高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度；<br>2.5 具有动态肺视图界面；<br>2.6 具有脱机辅助监测功能；<br>2.7 可升级肺泡通气量计算工具；可升级能量代谢计算工具；<br>三、设置参数<br>潮气量：10ml-3000ml；呼吸频率：1-100 次/min；<br>吸气时间：0.10 s～10.0 s；呼末正压：0-50cmH2O；<br>压力支持：0-90cmH2O；吸气压力：1-90cmH2O；呼气触发灵敏度：Auto，1-85%；<br>压力触发：-20cmH2O~-0.5cmH2O；氧浓度：21-100%；<br>四、监测参数<br>4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、驱动压、机械能等监测；<br>※ 4.2 具有驱动压监测功能，范围：0-120cmH2O；<br>4.3 具有机械能监测功能，范围：0-100J/min；<br>4.4 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量 |

| | |
|---|---|
| | 的监测;<br>4.5 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测;<br>4.6 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测;<br>4.7 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间;<br>五、其他功能<br>5.1 具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等;<br>5.2 呼吸机提供锁屏以及截图功能，可导出保存U 盘;<br>5.3 能够和监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI 无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 |
| ▲其他要求 | 随机配备：一次性呼吸管路、一次性流量传感器、一次性细菌过滤器各2 套 |

设备 11

| 名称 | 可视喉镜 |
|---|---|
| ▲配置要求（主要包含内容、数量） | 单台配置：图像显示器1 套；窥视手柄1 套 |
| 性能要求 | 解决困难气道患者插管;<br>简化操作流程，缩短插管时间;<br>高清图像，清晰的标志定位;<br>显著改善声门显露分级;<br>刺激和损伤更小，血流动力学更加平稳;<br>医患保持安全距离，减少交叉感染; |
| 技术参数 | 一、显示主机<br>1.显示主机可兼容视频喉镜、硬管手柄、电子支气管镜。<br>2.屏幕：采用≥3.2 寸广角高亮显示屏。<br>3.显示主机与手柄连接方式：采用分体式连接，连接稳固可靠，可一键带电插拔。<br>4.内置锂电池，可重复充电使用，方便外出携带，具备电量管理功能。<br>5.数据输出：可通过USB 传输照片和视频。<br>6.可一键拍照、录像、录音，可录制有声视频，并在主机上直接阅读、回放。<br>7.具有户外/户内两种模式，可以适应不同临床插管环境与条件。<br>二、窥视手柄<br>※1.同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求。<br>2.手柄滑竿采用304 不锈钢材质，可承重≥90KG 拉力。<br>3.手柄前端配备智能温控模组，实现开机即时防雾功能。<br>4.光源照度≥1000lx。<br>※5.最小开口度≤13mm。<br>6.具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。<br>※7.手柄可采用低温等离子,环氧乙烷等消毒灭菌方式。<br>※8.可搭配工作站高清大屏显示，可支持有线或无线连接，实现影像实时远程传输，有利于临床案例分享及教学。 |

设备 12

| 名称 | 电动吸痰器 |
| --- | --- |
| ▲配置要求（主要包含内容、数量） | 单台配置<br>1. 主机：1 台<br>2. 中间软管：1 根<br>3. 透明吸痰管：1 根<br>4. 收集灌：1 个<br>5. 电源适配器：1 个<br>6. 空气过滤器：1 个<br>7. 挂墙组件：1 个 |
| 性能要求 | 用于院内院外为患者吸脓血，痰等粘稠液体用 |
| 技术参数 | 1.※主机重量：≤5kg（含电池）<br>2.输入电源：内部：DC12V，5A；外部：100-240V~ 50/60Hz<br>3.抽气速率：≥20L/min<br>4.极限负压值：≥80kPa<br>5.负压精度：±5kPa<br>6.负压指示器：具备表盘指针显示压力功能<br>7.过滤器：具有滞留颗粒物的装置<br>8.收集罐：≥1 L<br>9.最高噪音值：≤70dB<br>10.内置锂电池：≥14.8V，≥2600mAh，续航时间长<br>11.※通过国际 EN1789 测试，提供第三方权威认证证书<br>12.标配车载挂架，可方便用于固定主机、并可单手操作 |

**注：供应商应如实描述本项目所投产品的技术参数和性能，并按技术参数要求提供证明材料。技术参数若未按要求提供证明材料、在证明材料中未找到所投产品对应条款、在证明材料中未找到符合的依据、模糊不清均视为负偏差，评标委员会按评标办法扣分，但不作为无效投标（响应）条款。证明材料需加盖供应商公章，否则视为负偏差，评标委员会按评标办法扣分。**

## 四、售后服务

（1）售后服务机构：

①提供所投产品代理商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

②投标人应在投标文件中声明具有技术服务机构及有经验的技术人员、有备件库，能够提供技术和培训等。

③投标人应在投标文件中声明售后服务承诺、售后服务方式和能力。

（2）质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

①电话咨询：中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

②现场响应：设备整个使用期内，中标人应确保设备的正常使用。故障响应时间≤1 小时，报修后 24 小时响应并到达现场有效处理，并可提供核心部件应急使用。

③中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测、维护，具有设备故障自检系统，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

④设备交付使用后，中标人应确保车辆能够按出厂配置在免费保养范围内进行正常的 4S 店免费保养，车内配套设备每季度进行保养一次，并出具保养报告。

⑤质保期内该设备应保证大于等于 97%的无故障率，如达不到要求，每少于一天质保期顺延 5 天，如造成严重损失需赔偿用户经济损失或换货或退货。

⑥技术升级，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

⑦维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件，软件终身免费升级。

⑧每季度安排一次厂家专业的技术人员主动上门进行预防性维护和校准检测，具体内容按照说明书要求进行，并出具书面报告提交器械科备案。

（3）质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

①应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②同质保期内第⑥、第⑦项内容。

（4）技术培训：

①中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至院方人员熟练掌握操作及维修技能为止。

②对院方使用科室及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，培训必须达到院方能熟练掌握机器操作流程，能解决常见故障。

（5）备品备件及易损件：

①质保期内免费提供设备运行和维护所必需的原厂备品备件及易损件，未经院方同意不得使用非原厂备品备件及易损件或翻新件，质保期外保证备品备件及易损件长期稳定供货(≥10 年），且价格不应高于质保期内报价，如有特殊情况请在投标文件中注明。投标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。

②所有备品备件在发运前都应进行测试，以保证正常运行。

③备件送达期限≤24 小时(包括所有节假日)。

（6）安装、调试、试运行

①在设备安装前，须做好环境的设计和准备工作。设备的安装使用环境要求，包括供电、温度、湿度、空气净度和磁场、电场和电磁波的干扰、缆线敷设等。

②中标方至少派 1 名商务人员和 1 名工程师负责安装调试。

③测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由中标方负责。

④调试须按照说明书的要求进行，应对设备的各项技术功能逐一调试。

⑤当设备主要指标（软硬件齐全、技术功能实现、产品稳定性）达到招标文件要求，试运行通过。

⑥安装、调试并通过试运行。

（7）交货验收

①验收形式：联合验收。验收工作由各主管职能科室牵头，组成联合验收小组共同验收，签字确认。

②资料验收：验收资料包含：验收报告、采购合同、进口报关单和商检单（进口产品须附）、产品合格证（或质量保证书）、装箱单或随货同行单、使用说明书、中文版操作和维护手册、常见故障说明等资料。

③设备验收：对设备的到货期是否在合同规定的期限内、生产日期是否在规定的期限、硬件配置是否齐全、软件功能是否能实现、相关信息系统连接是否到位、电气安全等进行验收，确保设备能够安全有效地为临床服务。

④培训验收：中标厂家必须派专业的工程师对相关医护人员进行系统培训。

## 五、供货要求

1.供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能。因完全复制粘贴技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

2.采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3.供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同

时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C 认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书（主管部门规定可采用自我声明评价方式的，须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）网页查询截图及强制性认证产品符合性自我声明）。

4.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。

# 第四章　合 同

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。

**本合同样本仅供参考，具体以双方商定为准。**

# 洛阳市第一人民医院XXX项目采购合同

**甲方（全称）：洛阳市第一人民医院**

**乙方（全称）：_____**

洛阳市第一人民医院委托_____（代理机构名称）进行了_____（采购方式）。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

**第一条　合同文件**

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.（××号）中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸

本合同约定内容如与招标采购文件、投标文件、中标通知书内容不一致，以招标采购文件及中标通知书为准，不得进行实质性变更。

**第二条　合同标的**

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供

货明细项目一览表》)。

| 设备名称 | 生产厂家<br>及品牌 | 规格<br>（型号） | 注册证号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计金额（大写）： | | | | | | |

**第三条 合同总价款**

1.本合同项下货物总价款：￥_____元。

大写：_____元。

2.本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

3.本合同执行期间合同总价款不变。

**第四条 双方一般权利和义务**

**1.甲方的义务**

1.1 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：____/ 。

（2）向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关数据、资料等。没有甲方事先同意,乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

1.2 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

**2.乙方的义务**

2.1 乙方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）保证履行合同的内容和时间。

（2）为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务。

（3）应尽的其他义务（包括本合同约定的第五条至第九条乙方应提供的服务）。

**3. 甲方的权利**

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

**4. 乙方的权利**

4.1 按合同约定收取报酬；

4.2 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

**5. 保密条款**

乙方对于在本合同签订及履行过程中知悉的甲方商业秘密、医疗业务信息、患者相关信息等，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露，否则由此产生全部法律责任由乙方承担。造成甲方损失的，

乙方应对甲方全部损失予以赔偿。保密义务期限为永久保密，不因本合同终止、解密而失效。

**第五条　质量保证**

**1.交付使用的设备必须为全新、原厂正品，且设备铭牌标注的生产日期距安装日期不超过____个月。乙方不得提供翻新、二手或假冒伪劣产品。**乙方保证货物完全符合国家规范，货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

2.乙方保证拥有本合同所涉产品完整的知识产权和专利，同时保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，包括我方损失和由第三方主张应由甲方承担的损害赔偿金以及甲方主张权利所产生的律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、保函费、鉴定费、公证费、差旅费、专家论证费用等。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

**第六条　付款方式**

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《货物类项目验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）、《货物项目验收明细一览表》；

（3）其他材料：质保期内按照设备说明书要求内容对设备进行定期巡检、维护、保养并提供纸质资料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。具体如下：

设备到货安装调试验收合格，且发票入账后支付合同金额的 95 %，自验收合格之日起设备正常运行满三年经科室评议合格后支付合同款的 5 %。

4.乙方指定收款账户

开户名：_____

开户行：_____

账号：_____

**第七条 交货和验收**

1.交货时间：_____；

交货地点：_____；

安装调试时间：_____。

2. 因安装产生的包装垃圾乙方负责第一时间清理至院外。

3.乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

4.乙方提供的货物应包括本合同“合同文件、合同标的”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

如达不到规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

5. 甲方应当在到货安装调试合格后的 5 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《货物类项目验收报告》。

6. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因

此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.如果合同双方对《货物类项目验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 15 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

**第八条　项目管理服务**

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____；　联系电话：_____。

**第九条　售后服务**

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起____年（整机质保，如有不在质保范围内附属件请附表详细说明）。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同约定的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____小时内做出及时响应，在____小时内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____小时后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同“违约责任”的条款约定承担赔偿责

任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

**7. 在质保期内，乙方未按说明书内容要求，对设备进行定期预防性维护和校准检测，由此造成的损失由乙方承担。**

**第十条　分包**

除招标采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

**第十一条　违约责任**

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 7 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金。

2. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 3‰的违约金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4. 其它未尽事宜，以《民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

**第十二条　不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

**第十三条　争议的解决方式**

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4.在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

5.本合同生效后由任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿。所产生的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等由违约方承担。

**第十四条　合同的生效及其他**

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。

4.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同主文具有同等法律效力。本合同附件包括：医疗卫生机构廉洁购销合同；供货明细项目一览表；货物类项目验收报告；货物项目验收明细一览表。

甲　方：　　乙　方：

名称：（盖章）　　名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

使用科室负责人（签字）：

经办人（签字）：

主管部门负责人（签字）：

时　间：　　年　　月　　日

附件

## 医疗卫生机构廉洁购销合同

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及产品购销合同约定购销通用物资、信息项目及工程建设等项目。

二、甲乙双方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购等选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定_____作为代表洽谈业务。必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方要严守诚信原则，对自己的产品质量负责，不得提供质量伪劣或与购销合同不符的产品。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50 号）相关规定处理。

八、本合同作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。本合同

一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）洛阳市第一人民医院　乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：　　法定代表人（或授权代表）：

经办人签名：　　经办人签名：

年　月　日　　年　月　日

附件

# 供货明细项目一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及<br>主要技术参数 | 计量单<br>位 | 数<br>量 | 单 价<br>（元） | 总 价<br>（元） | 产地生产<br>厂商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （视明细项目加行） | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 备品备件 | | | | | |
| | | 易损件 | | | | | |
| | | 专用工具价 | | | | | |
| | | 安装调试费 | | | | | |
| | | 运输至最终目的运费及保险费等 | | | | | |
| | | 技术服务费（含培训等）费 | | | | | |
| | | 其他 | | | | | |
| 大写： | | | | 合同价： | | 元 | |

# 货物类项目验收报告

（本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目）

<table>
<tr><td colspan="2">采购项目：</td></tr>
<tr><td>到货时间　　年　　月　　日</td><td>开箱验货时间　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>开箱随机资料　1.出厂合格证（　）份<br>3.使用说明书（　）份<br>5.装箱单　　（　）份</td><td>2.技术说明书（　）份<br>4.电子文件　（　）份<br>6.其他　　（　）份</td></tr>
<tr><td colspan="2">甲方意见（对货物数量、质量、安全等乙方履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等）</td></tr>
<tr><td colspan="2">乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：</td></tr>
<tr><td>甲方名称（盖章）：<br><br>甲方代表签字：<br><br>年　月　日</td><td>乙方名称（盖章）：<br><br>乙方代表签字：<br><br>年　月　日</td></tr>
</table>

说明：1.采购单位可以视项目情况邀请本项目落标人或者第三方机构参与验收，其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2.本报告一式两份，甲、乙方各____份，内容较多的可另附详细验收报告。

# 货物类项目验收报告

（本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目）

<table>
<tr><td colspan="2">采购项目：</td></tr>
<tr><td>到货时间　　年　　月　　日</td><td>初验时间　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>中验时间　　年　　月　　日</td><td>终验时间　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>开箱随机资料　1.出厂合格证（　）份<br>3.使用说明书（　）份<br>5.装箱单　　（　）份</td><td>2.技术说明书（　）份<br>4.电子文件　（　）份<br>6.其他　　（　）份</td></tr>
<tr><td colspan="2">甲方意见（对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等）</td></tr>
<tr><td colspan="2">乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：</td></tr>
<tr><td>甲方名称（盖章）：<br><br>甲方代表签字：<br><br>年　月　日</td><td>乙方名称（盖章）：<br><br>乙方代表签字：<br><br>年　月　日</td></tr>
</table>

说明：1.采购单位可以视项目情况邀请本项目落标人或者第三方机构参与验收，其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2.本报告一式两份，甲、乙方各____份，内容较多的可另附详细验收报告。

附件

# 货物项目验收明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） | 产地生产厂商名称 | 投标人提交 | 采购单位确认 | 存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （视明细项目增减 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 备品备件 | | | | | | | |
| | | 易损件 | | | | | | | |
| | | 专用工具价 | | | | | | | |
| | | 安装调试费 | | | | | | | |
| | | 运输至最终目的运费及保险费等 | | | | | | | |
| | | 技术服务费（含培训等）费 | | | | | | | |
| | | 其他 | | | | | | | |

# 洛阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

# 洛阳市政府采购合同融资金融产品名录

（更新时间 2022.08）

建设银行政府采购合同融资产品

一、融资产品介绍

（一）产品介绍

1、产品简介

建行“e 政通”是中国建设银行以政府采购供应商中的供应商企业作为借款人，依据政府采购交易信息，通过建行集团供应链平台在线申请、审批、签约、支取的贷款产品。有效解决政府采购中标、成交的供应商资金不足、融资难、融资贵的困难。

2、业务流程

（1）采购人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。

（2）供应商与政府采购部门签署采购合同。

（3）政府采购合同在政府采购平台进行备案公示。

（4）采购供应商依托采购合同，通过建行集团供应链平台申请融资。

（5）建行核实贸易背景，按照采购合同金额的一定比例（考虑质押率）发放融资款项。

（6）业务到期前，政府部门支付采购款项到建设银行指定的回款专户中。

3、产品优势

（1）无需授信（参考政府采购合同确定业务金额）

（2）无需抵押（需提供应收账款质押）

（3）贷款额高（单笔合同贷款金额最高 3000 万元）

（4）操作便捷（在线审批，快速放款）

（5）还款灵活（按日计息，可提前还款）

4、借款人基本条件

（1）供应商符合国家采购法等法律法规准入条件。

（2）供应商经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营。

（3）供应商未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。

（5）供应商企业具有持续经营能力，信用记录良好，近2年在中国人民银行企业征信系统无不良信用记录。

（6）供应商企业主个人信用记录良好，近2年在中国人民银行个人征信系统个人逾期或欠息在30天（含）以内的次数不超过2（含）次，且不存在逾期或欠息在30天以上的信用记录。

（7）采购人的采购资金须纳入同级或以上政府财政预算。

（8）在河南省政府采购网有真实有效的政府采购合同备案记录。

（9）所签约政府采购合同约定回款账号为建设银行指定账号。

（10）供应商与采购人具有长期稳定合作关系，原则上要有2次及以上的历史政府采购中标记录。

（二）申请路径

建行集团供应链平台

（三）利率

针对不同客户差别化定价，根据客户综合贡献度合理确定。

二、联系方式

产品负责人：张翠荣13937942294

## 农行洛阳分行政采贷

1、产品定义：“政采e贷”是指农业银行对接河南省政府采购网的政府采购大数据，以政府采购供应商为借款人，基于政府采购合同，以财政性资金作为还款来源，为履约记录良好的政府采购中标小微供应商，提供的线上批量化的短期流动资金贷款业务。

2、贷款期限：根据采购合同约定的结算期限确定，最长不超过1年。

3、融资额度：授信额度根据供应商近2年政府采购年均总金额的70%来核定，单笔贷款额度不超过政府采购合同总金额的90%。其中地市级（含）以上采购最高额度不超过500万元，县（区）级货物和服务类采购项目最高额度不超过200万元。

4、贷款利率：目前执行年化3.85%的优惠利率。

5、适用对象：河南省范围内政府采购中标供应商。

6、办理条件：企业注册成立一年以上；已取得河南省范围内政府采购《中标通知书》或已签订《政府采购合同》；企业和企业主无不良信用记录，且政府采购履约记录良好；企业政府采购备案账户为农行账户。

7、业务流程：客户通过企业网银申请-银行在线进行资料审核-系统自动审查审批-在线签署合同-贷款发放。

业务分管及联系人：

分管领导：张琦颖 18567663732

客户经理：姚培培 13838823003

工商银行洛阳分行“政府采购贷款”产品

一、联系方式：

| 联系人 | 职 务 | 电 话 | 地 址 |
|---|---|---|---|
| 陈高立 | 副总经理 | 13721680079 | 洛阳市西工区中州中路 230 号工商银行 |
| 许小琰 | 业务负责人 | 16603796606 | |
| 朱建国 | 客户经理 | 13653893229 | |

二、融资产品介绍：

“政采贷”是工行与政府采购数据进行系统对接，根据获取包括但不限于供应商中标、采购合同、收验货、付款以及历史交易数据等信息，为政府供应商提供的融资贷款金融服务，具体产品有“政采贷”及“政采快贷”，具体各产品明细如下：

**（一）政采贷：**

1、适用范围：采购人需为小微企业，采购资金纳入**市级或以上政府财政预算**。

2、融资额度：供应商融资最高不超过订单金额 70%，单笔金额最高 3000 万元。

3、贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长可以 5 年。

4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率（LPR）合理确定。

5、办理手续：供应商与工行取得联系，开立账户，开通网上银行。与工行经办人员线下沟通确

定融资金额，通过工行网上银行自助申请贷款金额。工行进行贷款指令确定，贷款线上发放至供应商工行账户。

6、产品优势：无抵押（依据政府采购合同及历史交易、履约信息作为授信依据）、放款快（在线审批，快捷放款）；额度高（单笔合同贷款金额最高3000万元）；操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）。

**（二）政采快贷：**

1、适用范围：采购人需为小微企业，采购单位为**区县（含）级以上政府（含事业单位）预算部门**，采购资金来源为财政资金。

2、融资额度：供应商融资最高不超过订单金额90%，单笔金额最高500万元。

3、贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长不超过3年。

4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率（LPR）合理确定。

5、办理手续：供应商与工行取得联系，开立账户与网上银行。客户经理根据推送信息开展线下信息核实工作，工商银行申报白名单导入，办妥相关质押或担保后，借款人通过工行网上银行自助提款。

6、产品优势：适用范围广（县、区级财政均可）放款快（在线审批，快捷放款）；操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）。

中原银行洛阳分行“政采贷”产品简介

政采贷是中原银行为成功中标河南省政府采购项目的小微企业提供的融资服务。

**产品特点**

• 中标申请、资料简单

可向中标企业注册所在地的中原银行申请，“中原银行小微金融”微信小程序、政府采购网等渠道

实现全线上申请

• 担保简单、备案放款

无抵押，仅需在合同中签订中原银行保证金账号

• 最高额审批、额度千万

最高可贷1000万，最长可贷1年

**准入条件**

• 中标企业成立1年以上，经营稳定

• 中标项目类型为货物类、服务类、工程类

**中原银行洛阳分行“政采贷”联系人：**

分管领导：陈勃　15837979663

信贷经理：罗蓓蕾 15838820766

郑州银行洛阳分行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、联系方式：

| 联系人 | 职务 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 王剑 | 主任 | 洛阳市洛龙区关林路与厚载门街交叉口隆安大厦 | 13838808890 |
| 杨洋 | 业务负责人 | | 15896531927 |
| 周宜辉 | 客户经理 | | 15036316707 |

二、融资产品介绍：

“E采贷”是郑州银行作为参与政府采购的中小企业量身定制的用于政府采购合同履约，并以政府回款为还款来源的贷款产品。该产品主要解决政府采购商中标垫资的痛点，帮助中标企业快速、高效、便捷获取银行资金。告别采购融资难，政府中标即可贷。优先支持纳入省市级财政预算的服务贸易类行业企业。

**“E采贷”五大特点**：1.纯信用：无需抵押、担保；2.更灵活：随借随还，按需支用；3.额度高：最高为上年度中标额的1.3倍，单笔最高1000万元；4.适用广：在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）有备案信息即可准入；5.效率高：绿色通道，保证时效。

**业务流程：**

1.企业申请：凭政府采购中标通知书，向郑州银行提出授信申请。

2.银行审批：客户经理现场调查，3 个工作日反馈审批结果。

3.企业提款：凭政府采购合同、购销合同等即可提款使用。

**利率及优惠政策:**

贸易类不低于5.5%，工程类不低于6.5%，对符合条件的小微企业实行减费让利政策，减少客户融资成本（不存在与贷款捆绑强制收费；只收费不服务；超范围、超标准收费；转嫁成本收费；不执行政府指导价、政府定价等提升企业贷款成本的现象）着力解决小微企业“融资难”、“融资贵”的问题帮助客户更好成长。分行所有收费项目均严格根据监管部门和总行要求执行，我行对银行账户一律免收账户管理费。

中信银行洛阳分行”政采贷”

一、产品释义

“政采贷”是中信银行为政府采购中标小微企业提供的特色融资业务，致力于解决政府采购上游供应商的融资难题。

二、产品特点

授信额度高、授信期限长、担保方式活

三、产品内容

金额最高1000 万元（含）、贷款期限最长1 年（含）、无需抵质押物

四、申请基本条件

有固定的经营场所

信用记录良好，无不良、违法行为；

持续经营6 个月（含）以上或实际控制人从业2 年以上

从事政府采购活动1 年以上；

具备政府采购投标资格且交易记录良好

采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求

五、申请资料

营业执照；实际控制人身份证件；经营情况资料；从事政府采购活动资料；近一年政府采购回款的银行流水

**中信银行洛阳分行”政采贷”联系人：**

候一恺　中信银行洛阳分行客户经理 15139968801

**兴业银行洛阳分行**

**政府采购融资联系方式及产品介绍**

**一、联系方式：**分管领导：樊博（副行长、18638805299）；信贷经理：尚梅（市场营销部负责人、15538855595）；具体联系人：王文帅（产品经理、15824913655）

**二、产品介绍**

授信额度：最高不超过1000万元（含）。

期限：主体授信额度有效期不超过1年

利率：自动生成贷款利率。

用途：贷款资金专项用于借款企业履行政府交易采购平台采购合同或订单所需的各类成本、费用及劳务支出等短期流动资金需求和日常经营周转需要。

担保方式：企业主个人提供连带责任保证，追加采购合同或订单对应的应收账款质押。

支付方式：采用受托支付方式

还款方式：按月付息，本金可结合采购合同或订单情况及实际资金需求循环使用，采购合同或订单项下回款由系统自动扣划归还对应的贷款本息，借款企业也可自助提前还款。

浦发银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

**一、联系方式**

| 联系人 | 职务 | 地址 | 电话 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 苏冰 | 高级产品经理 | 洛阳市洛龙区展览路211号 | 18623790623 | 微信同手机号 |
| 汪乐阳 | 普惠金融部总 | 洛阳市洛龙区展览 | 13698889966 | 微信同手机号 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 经理 | 路211号 | | |

## 二、融资产品介绍

在您中标政府采购项目，从合同(订单)生效到最终收款期间，有没有因采购原材料、生产产品等产生资金压力，存在融资需求的情况?

### （一）产品介绍：

“政采e贷”是由洛阳市财政局与浦发银行共同开发，基于政府采购合同，为供应商提供的信用贷款。

### （二）产品优势：

1、融资期限最长可达1年。

2、货物、服务类最高1000万元，工程类最高1500万元。

3、信用贷款，低门槛，循环额度，随借随还。

4、业务流程简单，在线秒级放款，尊享快捷体验。

5、总行补贴，融资利率有优惠。

### （三）适用客户：

1、在河南省境内注册的供应商，未列入河南省政府采购供应商黑名单。

2、人民银行征信系统无逾期、垫款等情况，且无其他不良信用记录。

### 3、政府采购中标区域：

（1）河南省省直、郑州市（含市内各区）项目

（2）洛阳市市直项目

（3）河南其他地市市直项目

（4）林州、长垣、新郑、禹州中标项目。

（四）申请路径

1、供应商首先与联系人联系，提供企业基本证件、征信报告、中标合同、采购合同等进行客户准入和额度测算。

2、供应商来浦发银行开户，在政府采购合同中填写浦发银行账号。

（若客户已签署其他银行账号，则需要联系浦发银行进行备案银行账号变更）

3、授信审查和放款（资料齐全一周时间）

## 恒丰银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、联系方式

| 联系人 | 职务 | 地址 | 电话 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 张龙妹 | 客户经理 | 洛龙区展览路泉舜186西侧裙楼 | 18538882575 | |
| 张　浩 | 公司金融部负责人 | | 18937966885 | |
| 裴绍辉 | 分管行长 | | 18637904888 | |

二、融资产品介绍

1.恒丰银行“政采云贷”

针对政府采购项目中标小微客户在线发放用于采购项目（不包括工程项目）资金周转需要的流动资金贷款。

担保方式：免抵押、无担保，开立指定回款账户

授信额度：单户授信最高不超过1000万元

授信期限：不超过一年，贷款到期日不晚于政府中标合同约定款日后的十个工作日

还款方式：按月付息，到期还本或阶段性还款

2.准入标准

（1）企业成立一年以上，有洛阳市固定经营场所；企业实际控制人有两年以上行业从业经验。

（2）企业及其实际控制人信誉良好，合法经营，无不良记录，无恶意违约记录。

（3）我行信用评级结果在B3三级以上。

（4）企业名下现有贷款合计不超过上年度总收入的45%。

（5）近两年有两次含以上政府中标记录，且供货履约情况良好。

**中国银行股份有限公司河南省分行普惠金融**

**政采通宝业务服务方案**

准入标准:

1.持续经营2年（含）以上。

2.客户持有政府采购中标通知书（或以往年度有执行政府采购的记录），且政府采购业务无行政处罚记录。

3.最近年度纳税申报收入不低于200万元。

4.借款人及其法人代表、实际控制人信用良好。

5、单一客户“政采贷”授信总量最高金额不超过1000万元

6、单笔贷款期限不超过一年。

7、根据借款人生产经营及回款周期等特点，可采用按季付息，到期一次还本的还款方式，或分期偿还我行授信。

**中国银行联系人：**

负责人：朱宗沛 15978695077

信贷经理：印晨 15038659275

平安银行“政采E贷”产品介绍

平安银行“政采E贷”是平安银行与采购中心对接后，基于互联网技术、政府采购数据等信息，为中标政府采购项目的企业提供的互联网信用贷款。

**产品优势：**

1、额度高：线上最高500万元。

2、申请易：5分钟完成线上申请。

3、用款快：凭订单最快1天生效。

4、纯信用：凭政府中标订单即可融资。

**产品申请资格：**

1、 我行白名单财政项下的政府采购项目融资。

2、 有历史中标采购记录的政府采购供应商。

3、 企业及申请人信用良好。

**期限、利率和还款方式：**

期限：1 个月到 1 年。

还款方式 ：先息后本、等额本息、等额本金。

利率：年化利率低至 6% 。

**举例 1：**贷款 100 万元，3 个月（先息后本，利率 6%），前两个月需要支付利息 5000 元/月，到期还本付息。

**举例 2：**贷款 100 万元，1 年期限（等额本息，利率 6%），每个月需要支付本息约 86035 元。

平安银行洛阳分行联系人：

总经理： 王煜 13523601120

业务经理： 许洛周 13938876588

业务负责人：许洛周 13938876588

浙商银行“政采贷”

一、贷款产品介绍

“政采贷”是本行为在政府机关、事业单位、社会团体、国有企业等招标进行的采购活动中中标并签订采购合同的小微企业发放的，以采购人合同款支付作为还款来源的流动资金贷款。借款人为符合本行标准的小型、微型企业。融资模式包括采购合同融资模式与应收账款融资模式。采购项目包括货物类、服务类和部分工程类。

二、适用对象

连续经营 2 年及以上或实际控制人有 3 年及以上相关行业从业经验经营状况良好，信用记录良好小微企业。

三、贷款期限

贷款期限：货物类、服务类利率最长一年，工程类最长可做三年。

四、产品特点

中标即贷，最高可贷1000万，最快三天审批放款，可做工程类项目。

**分管领导：张庆浩　联系电话： 18538198600**

**信贷经理：郭利波　联系电话：15937918530　具体负责人：李超峰　联系电话：15538530**

广发银行“政采贷”

**一、广发银行“政采贷”**

1、对象：针对政府采购平台内资信情况良好、经营正常的中小微企业供应商提供原材料购买、组织生产、货物运输等流动资金授信服务。

2、担保方式：以政府采购项目下的应收账款质押；企业实际控制人及主要个人股东提供连带责任保证担保

3、授信额度：单户敞口授信额度不超过1000万元；单笔采购项目融资不超过有效合同净额的90%

4、授信期限：额度有效期一年，授信期限不超过一年且不得超过额度到期日后3个月，不超过采购项目合同约定的最迟付款日后3个月

5、还款方式：按月付息，可根据单笔业务实际付款频率和时间点进行还款，不得采取随借随还出账模式，还款方式应与政府采购合同约定的应收账款金额、账期等相匹配。

**二、准入标准**

1、企业成立且持续经营满3年以上，主营业务未有变化，有固定经营场所，且注册地在当地

2、政府采购历史超过一年或进入政府采购供应商名单时间超过一年，实际履约不低于一次

3、近两年销售收入保持正增长或主营业务利润为正

4、资产负债率不超过70%

5、在我行评价不低于BB+级

6、企业主（含实际控制人、主要股东或配偶）拥有本地户口或房产

7、不得介入在金融机构有未结清（互）保类授信（含实际控制人夫妇个人经营性贷款）的企业

**三、授信用途**

授信仅限于借款人自身在具体合同项下的原材料采购、组织生产、货物运输等劳动资金需求，不得挪用于担保企业、借款人关联企业、借款人固定资产建设和股本权益类投资

**四、业务流程**

1、业务访谈，确定贸易真实性

2、授信申请，企业按照我行授信调查的相关规定提供申请资料

3、授信调查与额度核定，客户经理双人调查，发起客户评级，并按流程提交审批

4、授信审查审批

5、按照要求出账

主管行长：　　李文强　18137865269

具体负责人：　　何俊杰　13838894026

信贷经理：　　姜晓凤　15103799119

## 邮储银行政采贷

贷款对象：

1.已获得省本级政府采购中标通知，具备履约能力；

2.企业在政府采购活动中与政府采购合作1年（含）以上；

3.在邮储银行开立回款专用账户。

贷款要素：

1.纯信用；

2.额度高：可贷合同标的额70%，最高额度300万；

3.方便用：可一次性或分期还款

联系方式：

联系人：王玉辉　　职　务：　总经理

电　话：13598159333

## 光大银行政采贷融资产品“政采易”

该业务单户授信金额在3000万元（含）以下，授信期限不超过合同约定付款日期后两个月且最长不超过3年。

**中标供应商准入条件：**

（一）具有独立承担民事责任的能力,有固定的经营场所；（二）企业成立2（含）年以上，且实际控制人有3年以上实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；

（三）企业具有履行合同所必需的设备和服务能力；

（四）生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；

（五）人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录；政府采购履约行为无不良记录；

（六）中标供应商在我行信用评级应在B-级（含）以上，或单户授信敞口500万元以下客户适用《小额融易贷（结算类）业务打分卡》得分须不低于60分；

（七）企业/企业法定代表人不在我行预警黑灰名单内；

（八）我行要求的其他条件。

联方式：分管领导 ：王慧 18837902280

信贷经理：刘勇 18837995809

具体负责人：营业部：刘天倚 18569936044；王城路支行：张喆 18637129167；西苑路支行：董继华 18569935827；

英才路支行：刘莎 18569935682；珠江路支行：李相峰 18569936389；华阳支行：张刚 18624850206

招商银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

**一、联系方式：**

| 分管领导 | 职务 | 地址 | 电话 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 彭国庆 | 公司业务分管行长 | 洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦 | 15236667303 | |
| 王伊宁 | 客户经理 | 洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦 | 13683861133 | |

**二、审批流程**

**1、申请路径：**（1）手机扫描二维码申请



（2）网页版申请https://sme.cmbchina.com/；

**2、授信额度：**基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资,额度最高可达到3000万，线上自助模式最高1000万；

**3、利率：**为切实降低中小微企业融资成本，我行严格执行普惠金融利率政策，对符合标准的普惠小微贷款业务一定补贴优惠；

**4、风控措施：**

（1）回款锁定——保证融资申请人在我行进行融资的政府采购商务合同所对应的回款账户为我行且唯一；（2）在我行据以融资的商务合同项下的应收账款质押；（3）实际控制人夫妇提供连带担保；

**5、客户准入**

（1）采购单位：区县及以上政府机构；由上述政府统筹付款的二甲以上公立医院、学校、科研机构等事业单位； 付款记录良好，无拖欠大额工程款、采购款、逃废银行债务等不良记录；

（2）采购项目：优先支持货物类采购，稳妥介入服务类采购，审慎介入建设工程类采购； 未在他行办理以同一采购合同为贸易背景的融资业务；

**6、政采自助贷：**

（1）线上申请及预授信，额度最高1000万；（2）网银端线上自助提款，10分钟内即可到账；（3）基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，融资比例最高可达合同金额的80%；（4）利率优惠,线上可随借随还，更加符合政采供应商需求并降低企业成本。

交通银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

交通银行针对政府采购供应商中的小微企业推出的，以未来应收账款作为质押、以财政性资金作

为还款来源的融资业务。凡参与过政府采购历史的中标企业，即可提前在我行预申请融资额度，中标且签订采购合同后可随时提用。我行具有绿色批复通道、授信额度高、免抵押担保、期限长等优势。

负责人： 周贯超 联系方式：15538830369

联系人： 顾 伟 联系方式：18037558778

魏柴扉 18837923035

洛阳农商银行“普惠政府采购贷”产品简介及联系人

产品简介：“普惠政府采购贷”是指本行以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小微企业供应商取得并提供的政府采购合同，依托省财政厅的电子化政府采购系统平台，按优于一般中小微企业的贷款利率及手续，直接向本行申请贷款的中小微企业发放的用于采购合同项下商品备货、生产和加工的贷款。以信用方式为主，追加供货商法定代表人或者实际控制人提供连带责任保证担保，融资额度不超过采购合同标的额的70%，贷款期限不超过1年，贷款利率原则上执行LPR上浮60%执行。

分管领导：张学强 13083636800

信贷经理：常洁 13721681719

具体负责人：娄艳阁 13526989222

华夏银行洛阳分行“政采贷”产品介绍

**产品特点**

融资便捷快捷

线上提交融资申请，线上反馈审批额度

审批手续简便

审批手续及所需的资料相对简便

融资比例合理

最高融资比例可达订单金额的80%

价格合理灵活

按实际融资天数计息，低于同业平均水平

还款灵活方便

按期还息，到期还本，可提前部分还款或全部还款

无需抵押担保

凭订单即可申请，无需追加抵押担保

**申请条件和资料**

经工商形状管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营；

企业为货物或服务类供应商；

未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单；

企业近三年中标数不少于2次；

企业具备与中标项目相匹配的生产或销售资质。

**申请资料：**营业执照正副本、法人身份证

**申请流程：**通过河南省政府采购网进入“华夏政采E贷”根据提示完成授信申请，系统审批通过后，前往网点开立企业账户及签订贷款协议，登陆“华夏政采贷”根据提示完成放款申请，系统审批通过后完成提款。

**联系方式：**部门经理：杜青青 营销管理部经理13633790075

具体负责人联系方式：谢逸伦 客户经理15038621500

中国光大银行政府采购贷融资产品

介绍及联系方式

一、产品定义

“政采易”是指光大银行根据政府采购中标通知书，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭回款路径等方式，为中标供应商提供流动资金贷款。

二、借款人基本条件

（一）具有独立承担民事责任的能力,有固定的经营场所；

（二）企业成立1（含）年以上，且实际控制人有3年以上实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；

（三）企业具有履行合同所必需的设备和服务能力；

（四）生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；

（五）人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录；政府采购履约行为无不良记录；

（六）中标供应商在我行信用评级应在B-级（含）以上；

（七）我行要求的其他条件。

三、业务流程

（一）供应商的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。

（二）供应商与政府采购部门签署采购合同。

（三）采购合同在公开平台进行公示或者备案。

（四）供应商依托采购合同，向光大银行申请融资。

（五）光大银行对采购商进行调查，根据政府采购中标合同金额扣除预付款一定比例发放融资款项。

（六）中标供应商须在光大银行开立结算账户并将其指定为企业政府采购结算专户，回款至该账户。

四、利率

根据当地同业水平合理确定贷款利率水平，执行总行贷款利率授权管理政策。

五、贷款期限

贷款期限应与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式相匹配，最长不超过合同约定付款日期后两个月。

六、联系方式

1、分管领导：王慧 18837902280

2、信贷经理：刘勇 18837995809

# 第五章　资格审查与评标办法

## 1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章2.2款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。供应商得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

## 2、资格审查与评审标准

### 2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

## 3、资格审查与评标程序

### 3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第2.1.1款规定的标准对响应文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。磋商小组依据本章第2.1.2款规定的标准对响应文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其投标：

（1）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其投标：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

**3.2 详细评审**

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

**3.2.4 异常低价投标审查**

3.2.4.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应）审查程序：

1.投标(响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应）报价平均值 50%的，即投标(响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应）报价平均值×50%；

2.投标(响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应）报价 50%的，即投标(响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应）报价×50%；

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响

应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

**3.3 响应文件的澄清**

3.3.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

**3.4 评标结果**

3.4.1 磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3.4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

**4、评分标准说明**

**4.1 关于价格扣除和评标报价的说明**

**价格扣除：**

（1）根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《洛阳市财政局关于政府采购提质增效支持企业发展的通知》（洛财购〔2022〕5 号）的规定，本项目支持中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），货物全部由小微企业制造的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的投标人报价给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的

规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。

（2）本项目支持本国产品，具体要求：

①单一产品采购中，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

②非单一产品采购中，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

**评标报价=投标报价-价格扣除**

**4.2 关于节能环保政策的说明**

4.2.1 节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

# 第六章　资格审查与评审标准

| 初步条款 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 供应商名称 | 与营业执照（如有）一致 |
| | 响应文件签字盖章 | 符合本文件要求 |
| | 报价 | 只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表 |
| | 响应文件有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| | 实质性要求和条件 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| | 其他 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 资格评审 | 营业执照或其他证明材料 | 具有有效的营业执照或其他证明材料 |
| | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| | 洛阳市政府采购供应商信用承诺函 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| | 投标产品来源的合法性 | 投标人为代理商时，应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（从事第一类医疗器械经营活动的除外）；投标人为生产企业时，应具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）；医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件。（提供复印件或扫描件） |

| | | |
|---|---|---|
| | 投标产品的有效性 | 投标人所投产品须符合中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》相关规定，应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证（非医疗器械可不提供）。（提供复印件或扫描件） |
| | 工信部“救护车”公告目录内产品的证明截图及能在当地办理救护车登记手续的承诺书 | 投标人所投救护车整车须符合现行机动车安全技术国标要求，且在中华人民共和国工业和信息化部现行《道路机动车辆生产企业及产品》公告中具有“救护车”公告目录，能在所在地公安交通管理部门办理救护车登记注册手续。（须提供所投产品是工信部“救护车”公告目录内产品的证明截图及能在当地办理救护车登记手续的承诺书）。（提供截图及承诺书，承诺书格式自拟） |
| | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |

| 详细条款 | 最低分 | 最高分 | 评分点名称 | 评审标准 |
|---|---|---|---|---|
| 经济标评分参数 | | 30.0 | 投标报价 | 价格扣除按照第二章“供应商须知”第1.1.5 落实政府采购政策规定对相关供应商的报价进行价格扣除，同时适用以上多项的价格评审优惠时，评审价=投标报价×（1－小微企业扣除比例－本国产品扣除比例）满足招标文件要求且评审价最低的价格为评标基准价。<br>投标报价得分=（评标基准价／评审 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 价）×30 |
| 技术标评分参数 | 0.0 | 40.0 | 技术标评分 | 投标产品的技术参数、技术性能满足招标文件要求的得40分,加※项技术参数每有一项负偏差扣0.5分，其他技术参数每有一项负偏差扣0.08分。<br>注：1、供应商应如实描述本项目所投产品的技术参数和性能，并按技术参数要求提供证明材料。技术参数若未按要求提供证明材料、在证明材料中未找到所投产品对应条款、在证明材料中未找到符合的依据、模糊不清均视为负偏差，评标委员会按评标办法扣分，但不作为无效投标（响应）条款。证明材料需加盖供应商公章，否则视为负偏差，评标委员会按评标办法扣分。<br>2、供应商应保证其资料的真实性、有效性，一经发现有虚假资料，采购人有权取消其中标资格，由此产生的损失，由供应商承担。<br>3、供应商在投标文件中《技术要求响应与偏差表》的偏差说明处如实填写“符合”或“负偏离”或“正偏离”，并清晰标注证明材料所在页码。<br>4、证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。 |
| | 0.0 | 0.5 | 节能产品 | 所投货物（除政府强制采购节能产品 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 外）有《中国节能产品认证证书》（有效期内）的，得0.5分。（以所投货物的《中国节能产品认证证书》复印件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。 |
| | 0.0 | 0.5 | 环境标志产品 | 所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的，得0.5分。（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》复印件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。 |
| 综合标评分参数 | 0.0 | 6.0 | 安装、调试方案 | 安装调试的方案（安装调试前期工作、人员配备、时间安排、工具配备）内容详实具体、安装调试充分且高效、人数充足，实施保障措施可靠，满足项目实施得6分；有较具体的安装调试方案，内容较详实，基本满足项目需求得4分；方案欠完备，内容一般，基本满足需求得2分；否则不得分。 |
| | 0.0 | 5.0 | 车辆保养方案 | 车辆保养方案内容详实具体实施保障 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 措施可靠，满足项目实施得5分；有较具体的安装调试方案，内容较详实，基本满足项目需求得3分；方案欠完备，内容一般，基本满足需求得1分；否则不得分。 |
| | 0.0 | 4.0 | 备品、备件供给情况 | 根据各供应商提供质保期内、外备品备件供应及报价情况综合打分，供应最齐全、价格最合理得4分，供应较齐全且价格较合理得2分，供应较齐全且价格不合理得1分，否则不得分。 |
| | 0.0 | 4.0 | 培训方案 | 培训方案内容详实具体，培训时长充分且高效、人数充足，满足项目实施得4分；有较具体的培训方案，内容较详实，培训时长基本满足项目需求、人数基本满足项目实施得2分；培训方案欠完备，内容一般，培训时长及人数基本满足需求得1分；否则不得分。 |
| | 0.0 | 4.0 | 售后服务计划 | 在满足招标文件售后服务要求的基础上，售后服务计划（包括但不限于服务内容、服务团队、巡检服务和故障响应时间、解决问题时间、保障措施、生产厂家售后服务机构设置情况、质保期内外售后服务承诺等）全面、详尽、符合项目特点，完全满足项目要求得4分；售后服务计划较全面、详尽、能够满足项目需求得2分；不全面、不详尽或者保障措施欠充分、欠 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 可靠、欠有效得1分；否则不得分。 |
| | 0.0 | 4.0 | 应急方案 | 设备在遇到紧急情况的应急方案（合理性、完善性及快速响应等）内容全面、切实可行、服务明晰的得4分；内容较全面、基本可行、针对性一般的得2分；内容不完整，描述简略得1分；否则不得分。 |
| 业绩信誉 | 0.0 | 2.0 | 业绩 | 提供自2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来救护车(核心产品)的业绩，每提供1份业绩合同得1分，最多得2分。<br>注:(1)该业绩合同可为所投品牌救护车任何代理商的业绩合同。(2)提供业绩合同和中标(成交)通知书的扫描件或复印件。不符合要求的业绩不得分。 |

# 第七章　投标文件格式

# 响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：

## 附件1:投标函

投标函

致：（采购人）

根据贵方招标编号为_____的竞争性磋商公告,我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。

2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。

3、我方的投标报价详见开标一览表。

4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。

5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

6、我方已认真仔细研究磋商文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方承诺响应有效期为提交响应文件截止时间后90天，并在磋商文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。

8、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9、我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

10、我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和磋商文件的相关要求对我方进行的处罚。

11、采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

12、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

13、我方决不提供虚假资料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

14、与本采购活动有关的一切正式函件往来请寄：

地址：　　邮政编码：

电话：　　传真：　　电子信箱：

供应商（企业电子章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝。

## 附件2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（招标编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期:

# 附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

## 附件4:资格证明材料

# 资格证明材料

### （一）洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）:

单位名称（自然人姓名）: _____

统一社会信用代码（身份证号码）: _____

法定代表人（负责人）: _____

联系地址和电话: _____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺:

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

（八）未曾作出虚假采购承诺;

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）:

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期:　　年　月　日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

# （二）其他资格证明资料

## 附件5:开标一览表

# 开标一览表

分包编号:

项目名称:

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | |
| 交货期 | |
| 质保期 | |
| 质量要求 | |
| 付款方式 | |
| 交货地点 | |

## 附件6:报价明细表

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投标报价人民币小写：<br>投标报价人民币大写： | | | | | | | |

投标人（企业电子章）：

注：

1.除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2.投标人可根据需要自行增减表格行数。

3.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

## 附件6-1:中小微企业声明函

### 中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

3、投标人应按招标货物清单中所列标的名称逐一列明所属行业。如多个标的名称属于同一个行业且为同一制造商的，可合并到一条中列明，但必须将可合并的标的名称全部列明，不得进行省略或简写。未按要求填写的将不予认可。

## 附件6-2:残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

# 附件6-3:监狱企业证明文件

## 监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

## 附件7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件要求技术参数 | 投标产品 | | | 偏差描述 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 制造商名称 | 品牌规格型号 | 产品实际技术参数 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

供应商（企业电子章）：

注:

1、供应商应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、供应商提交的响应文件中的技术参数与磋商文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本磋商文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

## 附件8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

| 序号 | 招标文件商务条款 | 招标文件商务要求内容 | 投标人响应具体内容 | 偏差说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 交货期 | | | |
| 2 | 交货地点 | | | |
| 3 | 付款方式 | | | |
| 4 | 质保期 | | | |
| 5 | 质量要求 | | | |
| … | | | | |
| | | | | |

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，可能承担响应无效的后果。

3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，可能承担响应无效的后果。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

## 附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国节能产品认证证书编号 | 中国节能产品认证证书有效截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 中国环境标志认证证书有效截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投标人（企业电子章）：

注:

1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。

2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

3、投标人可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明资料附后。

附：

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

# 附件10:实质性技术要求的支持资料

技术支持资料:投标人须提供响应招标文件要求的第三方机构的检验报告或使用说明书或所投产品的公开发行的宣传彩页等证明材料，且对提供材料的真实性负责，并承担相应的法律责任。上述技术支持资料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

**附件11:项目实施方案**

# 项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html。

## 附件12:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

**1、备品、备件报价一览表**

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 品牌 | 产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 随机备品备件 | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| … | | | | | | |
| | 小计 | | | | | |
| 二 | 质保期正常运行备品备件 | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| …… | | | | | | |

投标人（企业电子章）

说明：各投标人应提供合理的备品备件品种、数量及真实、合理的价格。

## 2、易损件报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 单价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据产品需要自行填报易损件报价。

## 3.产品配置清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 4. 其他需要提供的资料

# 附件13:参与评审打分的证书（证件）一览表

## 参与评审打分的证书（证件）一览表

| 序号 | 证书（证件）名称 | 持证单位（人） | 发证机构 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

# 附件13-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件

# 附件14:参与评审打分的合同业绩一览表

## 参与评审打分的合同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（甲方）名称 | 合同金额（元） | 签订时间 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

# 附件 14-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

## 附件15:关于符合本国产品标准的声明函

# 关于符合本国产品标准的声明函

**本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：**

1.（产品名称1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（企业电子章）：

日期：　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同

# 附件16:其他材料