

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年12月12日

采购单位	栾川县庙子镇中心卫生院
项目名称	栾川县庙子镇中心卫生院采购CT机维保项目
项目金额	650000.00元
专家论证意见	<p>球管作为CT机核心部件，是主机注册不可任意更改和更换，避免因注册引起的CT机安全性及有效性失效，而与主机注册类型一致的球管只能从唯一供应商处采购。经专家论证，建议：单一来源采购，从东软医疗系统股份有限公司采购。</p> <p>专家姓名：吕军 工作单位：洛阳市中心医院 职称：工程师</p>

