

单一来源采购专家论证意见书

时间：2024年12月12日

采购单位	栾川县庙子镇中心卫生院
项目名称	栾川县庙子镇中心卫生院采购CT机维保项目
项目金额	650000.00元
专家论证意见	<p>本次采购的CT维保项目，由于球管作为CT的关键部件，不可随意更换，为保证CT机整机运行的稳定性，建议该设备的购买、安装及调试从CT的生产厂家及球管在大平山的唯一供应商东软医疗系统股份有限公司处采购。</p> <p>专家姓名：张明 工作单位：河南科技大学 职称：副教授</p>

