

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年12月12日

采购单位	栾川县庙子镇中心卫生院
项目名称	栾川县庙子镇中心卫生院采购CT机维保项目
项目金额	650000.00元
专家论证意见	<p>该服务项目配置的是CT球管为群利浦产品。球管与主机配套球管可保持原设备的一致性。原厂授权有联辰医疗系统股份有限公司，可由其为项目提供服务及保养。</p> <p>唯一授权厂家为单一来源的要素，形成其采购方式的必要条件。故建议采用单一来源采购方式完成项目。</p> <p>专家姓名：王宇川 工作单位：洛阳市疾控中心 职称：副主任医师</p>

