

## 卡式蒸汽灭菌器技术参数

适用于：口腔科，眼科等科室小型器械的消毒灭菌，含腔器械和实心器械灭菌，可以进行非包裹灭菌。

- 1、灭菌非包裹灭菌全过程时间 6 分钟。
- 2、灭菌腔尺寸： $\geq 25\text{CM} \times \geq 15\text{CM} \times \geq 3.5\text{CM}$
- 3、操作简便，系统运行情况显示于屏幕；可以随时安全地中断灭菌程序
- 4、具备自我检测系统，一旦在运行过程中出现问题，系统自动中止运作，并将故障代码显示于屏幕
- 5、主要性能指标：
  - 5.1 最高工作压力： $\geq 240\text{kPa}$
  - 5.2 工作压力范围： $42\text{ kPa} \sim 212\text{kPa}$
  - 5.3 最高工作温度： $\geq 135^{\circ}\text{C}$
  - 5.4 工作温度范围： $115^{\circ}\text{C} \sim 135^{\circ}\text{C}$
  - 5.5 灭菌容积： $\geq 1.6$  升
  - 5.6 水箱容积： $\geq 3.2$  升
  - 5.7 水源：超纯水、去离子水、实验室用水、蒸馏水、纯净水
  - 5.8 电源电压： $\text{AC } 220\text{V} \pm 22\text{V}$
  - 5.9 电源频率： $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$
  - 5.10 输入功率： $\leq 1.3\text{kVA}$
  - 5.11 蒸汽发生器功率： $1.2\text{kVA} \pm 5\%$
  - 5.12 安全阀整定压力： $0.25\text{MPa}$
  - 5.13 设备工作介质，水蒸汽
  - 5.14 工作方式：间歇运行（ $\leq 6$  周期/ 小时）
- 7、质保期限 $\geq 2$  年