

# 进口产品专家论证意见

一、项目基本情况	
申请单位	洛阳市孟津人民医院
拟采购产品名称	眼科超声乳化仪、肌电诱发电位仪
拟采购项目金额	约 88 万元
拟采购进口产品名称及金额	眼科超声乳化仪 约 49 万元 肌电诱发电位仪 约 39 万元
二、申请理由	
1. 中国境内无法获取 ( ) 2. 无法以合理的商业条件获取 ( ) 3. 其他: (✓)	
原因阐述: 1、进口眼科超声乳化仪具有超声能量稳定、前房稳定性好、术中不易损伤角膜内皮等特点,手术安全性能更好。 2、进口肌电诱发电位仪专业性较强,有较强的抗干扰性能,具备运动诱发电位检查以及对于一些特殊项目视网膜电位图(ERG)、眼球电位图(EOG),碰撞实验,单纤维肌电图等功能。目前国产设备不能同时满足以上临床需求,故申请购置进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>进口眼科超声乳化仪相比国产同类设备切口小,能量精准,手术风险小;操作便捷,能适配复杂病例,患者耐受度好,术后视力恢复快。基于以上原因,建议购买进口产品。</p> <p>进口肌电诱发电位仪相比国产同类设备,抗干扰性强,采样率高,可精准捕捉神经肌肉的微弱信号,临床所需功能全面,可满足临床各类型疾病的检测需求,故建议购买进口产品。</p>	
专家签字: 刘劲宏	
2026年1月27日	