

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	全自动精浆生化免疫分析仪
拟采购产品金额	60 万元
采购项目所属项目名称	洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第三批
采购项目所属项目金额	455 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 全自动精浆生化免疫分析仪，用于检测男性精浆标本，对临床男性不育患者的病因诊断提供依据。进口的全自动精浆生化免疫分析仪，产品精度高、性能稳定、且较为成熟，使用寿命较长。国产的全自动精浆生化免疫分析仪，基本上只能做精浆生化类的检测项目，即使有能做精浆免疫类检测项目的设备，免疫类项目的试剂盒采用的方法学也不是 WHO 推荐的方法学，重复性差，不能满足临床和科研需要。 特申请采购进口产品，满足广大群众就医体验及医院现阶段的发展需求。	
三、专家论证意见 业初拟采购的全自动精浆生化免疫分析仪进口产品技术成熟，整机性能稳定，具有酶法和酶联反应检测两种模式，软件系统强大，检测结果重复性好。国内同类产品尚不能满足临床工作需求，建议采购进口产品。	
专家签字： 	
2025 年 11 月 23 日	

本表专家一人一表填写论证意见并签字