

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>刘劲宏</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>洛阳市妇幼保健院</u>	
项目信息	采购项目名称: 河南省嵩县人民医院嵩县人民医院联影40排CT球管更换服务项目	
	项目预算金额: 39.3667万元	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员 论证意见	CT机是Ⅱ类医疗器械,球管作为关键部件已包含在整机注册中.按照《医疗器械监督管理条例》相关规定,为确保医疗器械使用的安全性,建议使用原厂配件,以确保CT的各项技术指标达到出厂要求.因此建议采用单一来源采购方式从原生产厂商处采购球管更换服务.	
专业人员签字	<u>刘劲宏</u>	日期: <u>2025年2月17日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专家手工填写。

