

采购产品技术参数专家论证意见表

一、项目概况
采购单位：洛阳市偃师人民医院
项目名称：洛阳市偃师人民医院耳石复位仪采购项目
二、论证内容
1、对采购产品技术参数制定的合法性、合规性、合理性、必要性、可行性及是否存在排他性、倾向性进行论证； 2、其他相关内容。
三、专家论证意见
经论证小组论证： 1、本项目采购需求指定合法、合规、合理、必要、可行，未发现倾向性、排他性条款； 2、针对采购产品技术参数的建议修改如下： （1）1.1 产品注册适用范围建议修改为：适用范围； （2）1.3 产品要求建议修改为：诊疗一体系统(提供医疗器械注册证)； （3）2.2 建议删除专门 （4）2.4、2.5、3.1 提供使用说明书和产品彩页证明建议修改为提供使用说明书能满足上述参数的关键页的扫描件或截图和产品彩页证明； （5）3.2 功能运动模式建议修改为：运动模式 ≥ 4 种（包含但不限于角度模式、速度模式、加速度模式、摆动模式）。数字输入控制，双轴可持续联动旋转。可作转椅实验、旋转急停试验、速度阶梯试验、正弦摆动试验、正弦谐波试验（SHAT）、阻尼试验、位置性试验、变位试验； （6）4.4 建议删除功能，用户； （7）6.1 建议修改为主轴和辅轴可两轴三维运动(提供相关证明材料)； （8）建议删除 7.6 条； （9）8. 供电建议修改为配备两套 UPS 不间断电源，一套对整机供电，另一套对工作站供电，供电时间 ≥ 30 分钟；

12 号

(10) 建议删除第 10 条;

(11) 建议增加佐证材料中标后需提供原件, 供采购人备查。

附: 采购产品技术参数 (论证版)

专家签名:

陈 宏 敏 王 宇 川

2024 年 5 月 7 日