

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	朱新民	职 称	主治医师
工作单位	洛阳市第一人民医院		
采购单位名称	洛阳市偃师区翟镇镇卫生院		
采购项目名称	洛阳市偃师区翟镇镇卫生院采购CT机配套球管项目		
供应商名称	东软医疗系统股份有限公司		
专 家 论 证 意 见	由于CT机属于高端医疗设备,技术具有唯一性.球管作为CT机的关键部件,必须与主机注册类型一致的球管方能作为合格产品使用。为保障临床使用安全,避免发生CT机安全隐患,建议购买与主机一致的球管。 东软医疗系统股份有限公司配套的飞利浦公司生产的麦德型球管,同型号球管东软医疗系统服务有限公司是大陆唯一采购商。		
	专家签名: 朱新民		2024年8月6日

本表专家一人一表填写论证意见并签字