

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	郭敏	职 称	高级
工作单位	洛阳市中心医院		
采购单位名称	洛阳市偃师区翟镇镇卫生院		
采购项目名称	洛阳市偃师区翟镇镇卫生院采购CT机配套球管项目		
供应商名称	东软医疗系统股份有限公司		
专 家 论 证 意 见	该院使用东软医疗CT(型号:NewViz16Classic)现需要对球管进行更换,国家有规定CT机做为压力容器,球管是CT的关键部件,不可任意更改和更换.为保障临床使用安全避免发生CT机的安全隐患.建议购买与本机类型一致的球管,东软医疗系统股份有限公司配套的由飞利浦公司生产的球管.同型号球管东软医疗系统股份有限公司是中国大陆唯一的采购商.		
	专家签名: 郭敏		2024年 8 月 6 日

本表专家一人一表填写论证意见并签字