

专家论证意见

采购单位	洛阳市偃师人民医院
项目名称	洛阳市偃师人民医院便携生物刺激反馈仪、二氧化碳激光治疗机和精子质量分析仪采购项目
控制金额	63.5 万元

专家论证意见汇总：

精子质量分析仪参数建议修订如下：

一、1. 去掉，调整为“(需提供证明材料)”。

2. 加序号，加“(提供证明材料)”。

★4. 调整为“≥8个标准——”。

二、★4. 调整为“软件界面有模拟玻片检测功能——”。

5. 调整为“分析软件有尾部识别功能。”

四、1. 调整为“(需提供证明材料)”。

2. 去掉括号中内容。

五、1. 调整为“具备数据库，并具有备份还原功能”。

六、3. 4. 5 中去掉“品牌”二字。

4. 中去掉“进口”二字。

专家签字：

沈亚平 李亚平 李健智

2024 年 10 月 30 日

专家论证意见

采购单位	洛阳市偃师人民医院
项目名称	洛阳市偃师人民医院便携生物刺激反馈仪、二氧化碳激光治疗机和精子质量分析仪采购项目
控制金额	63.5 万元

专家论证意见汇总：

- 二氧化碳激光治疗机参数建议修订如下：
4. 调制脉冲输出功率调整为“0-15W.”
 5. 连续输出功率调整为“0-25W.”
 8. 最大脉宽： $\leq 0.15ms$ 且脉宽可调，调整为“脉宽连续可调”
 9. 调整为“配有点阵扫描及调制脉冲治疗，切割适用于手术”
 18. 调整为“图形扫描器需提供国家机械注册证及合格报告”
 19. 调整为“使用期限：210年（提供证明材料）”

专家签字：

沈峰 赵建学 王健智

2024 年 10 月 30 日

专家论证意见

采购单位	洛阳市偃师人民医院
项目名称	洛阳市偃师人民医院便携生物刺激反馈仪、二氧化碳激光治疗机和精子质量分析仪采购项目
控制金额	63.5 万元

专家论证意见汇总：

便携生物刺激反馈仪参数建议修正如下：

1. 调整为“产品适用范围包括……的治疗(提供证明材料)”
★号去掉
4. 外置四个电流调节旋钮，调整为“外置电流调节旋钮”
- ★5. 调整为“屏幕尺寸≥10寸”
- 6, 7, ★10, ★11 中(提供注册检验报告证明) 整调为“提供检验报告证明)”
13. 调整为“具有250种康复方案……”
20. 调整为“标配原厂台车……”

专家签字：

沈卫军 赵建宇 王健智. 2024年10月30日