

单一来源采购专家论证意见

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 专家姓名              | 陈军                                                                                                                                                                                                                                                                               | 职 称 | 工程师 |
| 工作单位              | 洛阳中心医院                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
| 采购单位名称            | 宜阳县三乡镇卫生院                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |
| 采购项目名称            | 宜阳县三乡镇卫生院东软16排CT维保项目                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| 供应商名称             | 东软医疗系统股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
| 专 家<br>论 证<br>意 见 | <p>宜阳县三乡镇卫生院使用是东软医疗系统股份有限公司生产的东软16排CT机,因前因球管损坏,需要购买球管一只,为了节约成本,购买东软球管一年维保服务,因为东软为这款CT机两设备专用该球管,该球管技术复杂,其他品牌球管无法兼容或替代,更换非原厂球管可能导致CT机性能下降,图像质量不达标,甚至设备损坏,非原厂球管可能不符合医疗设备的标准要求,原厂球管具备完善的质量追溯和认证文件如NMPA注册证,其他来源无法提供合规证明。</p> <p>建议,原厂东软医疗系统股份有限公司。</p> <p>专家签名: 陈军 2025年 4 月 15 日</p> |     |     |

本表专家一人一表填写论证意见并签字