

单一来源采购论证专家签到表

项目名称：伊川县中医院采购16排螺旋CT机配套球管项目

论证时间：2022年01月27日

序号	姓名	评委所在单位名称	性别	职称/职务	专业	联系电话（手机）
1	吕军	洛宁县中医院	男	工程师	医电	13703496977
2	邵敏	洛阳市中医院	女	高级	技术	15837967739
3	田丽玲	中教十局装饰公司	女	高级经济师	法律 合同	18567656686



单一来源采购专家论证意见

专家姓名	吕	职称	工程师
工作单位	洛阳市中心医院		
采购单位名称	伊川县中医院		
采购项目名称	伊川县中医院采购16排螺旋CT机配套球管项目		
供应商名称	郑州盛田医疗设备有限公司		
专家论证意见	伊川县中医院正在使用的16排螺旋CT是东软医疗生产的,该机球管曝光已超过20万次,远远超过了原厂设计使用寿命,亟待更新。球管属于CT机重要部件,必须采购原厂生产的球管才能与机口配套正常工作。该球管只能通过单一来源采购方式从原厂获得,具有不可替代性,而郑州盛田医疗设备有限公司,是东软医疗系统股份有限公司唯一代理商。		
	专家签名: 吕	2022年 1月21日	

本表专家一人一表填写论证意见并签字



扫描全能王 创建