


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	上车担架
拟采购产品金额	156000.00
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院救护车采购项目
采购项目所属项目金额	1467000.00
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 车载上车担架在院前急救工作中使用率高, 对安全性要求非常高, 在使用中一旦发生问题可造成病人坠落等意外情况。进口担架载重负荷大, 自重轻, 高度可自行调节, 头部端可折叠, 可根据病人病情选择不同的体位转运。操作方便、安全实用, 从安全保障和诊疗要求角度考虑, 特申请采购进口设备。	
三、论证专家意见: <p>车载上车担架是救护车上必备设备, 要求操作方便, 安全实用, 载重负荷大, 自重轻, 进口担架高度可自行调节, 头部端可折叠并根据病情选择不同体位, 有效保障患者安全。同意采购进口设备。</p>	
论证专家签字: 	
年 月 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	上车担架
拟采购产品金额	156000.00
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院救护车采购项目
采购项目所属项目金额	1467000.00
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 车载上车担架在院前急救工作中使用率高, 对安全性要求非常高, 在使用中一旦发生问题可造成病人坠落等意外情况。进口担架载重负荷大, 自重轻, 高度可自行调节, 头部端可折叠, 可根据病人病情选择不同的体位转运。操作方便、安全实用, 从安全保障和诊疗要求角度考虑, 特申请采购进口设备。	
三、论证专家意见:	
<p>车载担架是救护车上配备的重要设备, 使用量大, 频率高, 要求载荷量大、自重轻、方便快捷, 进口担架具有材料好、设计合理、操作简便, 能很好地满足使用频率高的需求, 同意采购进口担架。</p>	
论证专家签字: 	
2025 年 月 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	上车担架
拟采购产品金额	156000.00
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院救护车采购项目
采购项目所属项目金额	1467000.00
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 车载上车担架在院前急救工作中使用率高, 对安全性要求非常高, 在使用中一旦发生问题可造成病人坠落等意外情况。进口担架载重负荷大, 自重轻, 高度可自行调节, 头部端可折叠, 可根据病人病情选择不同的体位转运。操作方便、安全实用, 从安全保障和诊疗要求角度考虑, 特申请采购进口设备。	
三、论证专家意见:	
<p>拟采购的上车担架, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的规定, 同意采购进口产品。</p>	
论证专家签字: 张平卫(法律)	
年 月 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	上车担架
拟采购产品金额	156000.00
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院救护车采购项目
采购项目所属项目金额	1467000.00
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 车载上车担架在院前急救工作中使用率高, 对安全性要求非常高, 在使用中一旦发生问题可造成病人坠落等意外情况。进口担架载重负荷大, 自重轻, 高度可自行调节, 头部端可折叠, 可根据病人病情选择不同的体位转运。操作方便、安全实用, 从安全保障和诊疗要求角度考虑, 特申请采购进口设备。	
三、论证专家意见:	
<p>上车担架在医院急救中的安全要求较高, 因此对材质要求较高。目前国产担架材质与进口产品有一定的差距, 同时自重较重, 操作不方便, 不能完全满足采购人的要求, 同意采购进口担架。</p>	
论证专家签字:	
吴五	
年 月 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	上车担架
拟采购产品金额	156000.00
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院救护车采购项目
采购项目所属项目金额	1467000.00
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 车载上车担架在院前急救工作中使用率高, 对安全性要求非常高, 在使用中一旦发生问题可造成病人坠落等意外情况。进口担架载重负荷大, 自重轻, 高度可自行调节, 头部端可折叠, 可根据病人病情选择不同的体位转运。操作方便、安全实用, 从安全保障和诊疗要求角度考虑, 特申请采购进口设备。	
三、论证专家意见:	
<p>郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院救护车采购项目, 属于技术要求较高的项目, 车载的上车担架在院前急救工作中使用率较高, 对荷载与安全性要求非常高。为了防止搬运过程中因为担架造成的病人意外坠落, 建议采购进口担架, 进口担架载重负荷大, 自重轻, 高度可自行调节, 头部端可折叠, 操作方便、安全实用, 因此建议采购进口设备。</p>	
论证专家签字: 杨军	
年 月 日	