

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	脊柱担架
拟采购产品金额	36000.00
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院救护车采购项目
采购项目所属项目金额	1467000.00
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口担架普遍采用碳纤维复合材料，具有更低密度、更高强度的特性，能实现轻量化的同时确保脊柱稳定性，进口担架设计配备多角度固定带及头部支撑模块，可精准匹配脊柱损伤患者的生理曲线，避免搬运过程中的二次损伤，且适应崎岖地形、楼梯转运等复杂环境，而国产担架多采用传统金属材质，存在重量大、搬运需多人协作等问题，急救转运中易延误黄金救治时间，特申请采购进口设备。	
三、论证专家意见：	
脊柱担架是救护车上配备的重要车载装备，使用频率高、负荷量大，要求材质优良、结构合理、功能完善，使用便捷等优点，进口担架普遍采用碳纤维材料，材质好、耐磨耐腐、强度高，且配备有多角度固定带和头部支撑模块，能很好地满足医疗转运需求，同意采购进口设备。	
论证专家签字：冯福顺	
年 月 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	脊柱担架
拟采购产品金额	36000.00
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院救护车采购项目
采购项目所属项目金额	1467000.00
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口担架普遍采用碳纤维复合材料，具有更低密度、更高强度的特性，能实现轻量化的同时确保脊柱稳定性，进口担架设计配备多角度固定带及头部支撑模块，可精准匹配脊柱损伤患者的生理曲线，避免搬运过程中的二次损伤，且适应崎岖地形、楼梯转运等复杂环境，而国产担架多采用传统金属材质，存在重量大、搬运需多人协作等问题，急救转运中易延误黄金救治时间，特申请采购进口设备。	
三、论证专家意见： 担架是救护车必不可少的设备，脊柱损伤的病人在转运过程中容易受到二次损伤，而进口脊柱担架精准匹配脊柱损伤患者的生理曲线，且采用碳纤维材料，轻便强度高，配备多角度固定带和头部支撑模块，保证安全，为满足临床需求，同意采购进口设备。	
论证专家签字： 白振平	
年 月 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	脊柱担架
拟采购产品金额	36000.00
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院救护车采购项目
采购项目所属项目金额	1467000.00
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口担架普遍采用碳纤维复合材料，具有更低密度、更高强度的特性，能实现轻量化的同时确保脊柱稳定性，进口担架设计配备多角度固定带及头部支撑模块，可精准匹配脊柱损伤患者的生理曲线，避免搬运过程中的二次损伤，且适应崎岖地形、楼梯转运等复杂环境，而国产担架多采用传统金属材质，存在重量大、搬运需多人协作等问题，急救转运中易延误黄金救治时间，特申请采购进口设备。	
三、论证专家意见：	
脊柱担架主要用于特殊病人的转运，对设备配材质，使用方便性要求较高、目前国产脊柱担架多采用金属材质，重量大，操作不便，不利于脊柱损伤患者的保护，无法完全满足采购人要求，同意采购进口产品。	
论证专家签字： 吴 西	
年 月 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	脊柱担架
拟采购产品金额	36000.00
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院救护车采购项目
采购项目所属项目金额	1467000.00
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口担架普遍采用碳纤维复合材料，具有更低密度、更高强度的特性，能实现轻量化的同时确保脊柱稳定性，进口担架设计配备多角度固定带及头部支撑模块，可精准匹配脊柱损伤患者的生理曲线，避免搬运过程中的二次损伤，且适应崎岖地形、楼梯转运等复杂环境，而国产担架多采用传统金属材质，存在重量大、搬运需多人协作等问题，急救转运中易延误黄金救治时间，特申请采购进口设备。	
三、论证专家意见： 脊柱担架普遍采用碳纤维复合材料，具有更低密度、更高强度、能够保证转运患者的脊柱稳定性。为满足此类患者的转运需求，适应崎岖地形、楼梯转运等复杂环境，国产脊柱担架多采用传统金属材质，在这类复杂的环境中一般不适用或者需要多人协作等问题，易延误救治时间，因此建议采购进口产品。	
论证专家签字： 杨军	
年 月 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	脊柱担架
拟采购产品金额	36000.00
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院救护车采购项目
采购项目所属项目金额	1467000.00
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口担架普遍采用碳纤维复合材料，具有更低密度、更高强度的特性，能实现轻量化的同时确保脊柱稳定性，进口担架设计配备多角度固定带及头部支撑模块，可精准匹配脊柱损伤患者的生理曲线，避免搬运过程中的二次损伤，且适应崎岖地形、楼梯转运等复杂环境，而国产担架多采用传统金属材质，存在重量大、搬运需多人协作等问题，急救转运中易延误黄金救治时间，特申请采购进口设备。	
三、论证专家意见：	
拟采购的脊柱担架，不属于国家禁止进口和限制进口的产品，采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的規定，同意采购进口产品。	
论证专家签字：张平卫（法律）	
年 月 日	